

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(130) Leukocyty					193						193	190	98%	
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		6,37	0,19	3,0	193	CVP	6,37	0,034	15%	5,41	7,33	193	193	100%
Všechny výsledky		6,37	0,19	3,0	193	0						193		
Vzorek B		4,47	0,16	3,6	193	CVP	4,47	0,029	15%	3,79	5,15	193	190	98%
Všechny výsledky		4,47	0,16	3,6	193	0						193		
(160) Neutrofilý					193						193	191	99%	
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		3,31	0,13	4,0	193	CVP	3,31	0,023	25%	2,48	4,14	193	191	99%
Všechny výsledky		3,31	0,13	4,0	193	0						193		
Vzorek B		3,18	0,15	4,8	193	CVP	3,18	0,027	25%	2,38	3,98	193	192	99%
Všechny výsledky		3,18	0,15	4,8	193	0						193		
(161) Lymfocyty					193						193	190	98%	
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		2,34	0,12	4,9	193	CVP	2,34	0,020	25%	1,75	2,93	193	192	99%
Všechny výsledky		2,34	0,12	4,9	193	0						193		
Vzorek B		0,871	0,065	7,5	193	CVP	0,871	0,014	25%	0,653	1,09	193	191	99%
Všechny výsledky		0,871	0,065	7,5	193	57						193		
(162) Monocyty					193						193	186	96%	
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		0,571	0,072	13	193	CVP	0,571	0,013	50%	0,285	0,857	193	192	99%
Všechny výsledky		0,571	0,072	13	193	0						193		
Vzorek B		0,312	0,046	15	193	CVP	0,312	0,081	50%	0,156	0,468	193	186	96%
Všechny výsledky		0,312	0,046	15	193	0						193		
(163) Eozinofily					193						193	189	98%	
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		0,100	0,016	15	193	CVP	0,1	0,027	asym.	0	0,192	193	189	98%
Všechny výsledky		0,100	0,016	15	193	0						193		
Vzorek B		0,049	0,014	28	193	CVP	0,049	0,024	asym.	0	0,135	193	193	100%
Všechny výsledky		0,049	0,014	28	193	0						193		
(164) Bazofily					193						193	192	99%	
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		0,026	0,015	59	193	CVP	0,026	0,027	asym.	0	0,192	193	192	99%
Všechny výsledky		0,026	0,015	59	193	0						193		
Vzorek B		0,040	0,016	39	193	CVP	0,04	0,027	asym.	0	0,135	193	192	99%
Všechny výsledky		0,040	0,016	39	193	0						193		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 25.05.2019