

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(261) Glukóza				
A	Všechny výsledky	3	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	96 %
		8	2,81 - 11 mmol/L	2,6 %
		> 135	11,1 - 28 mmol/L	43 %
		>>> 165	> 28 mmol/L	53 %
Celkem za vzorek: n = 311		Úspěšnost: 96 %		
B	Všechny výsledky	>>> 308	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	99 %
		2	11,1 - 28 mmol/L	0,64 %
		1	> 28 mmol/L	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 311		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

(263) Ketony

A	Všechny výsledky	3	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	96 %
		> 98	1+, 2+	32 %
		>>> 210	3+, 4+	68 %
Celkem za vzorek: n = 311		Úspěšnost: 99 %		
B	Všechny výsledky	>>> 308	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	99 %
		1	1+, 2+	0,32 %
		2	3+, 4+	0,64 %
Celkem za vzorek: n = 311		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(264) Celková bílkovina

A	Všechny výsledky	3	Negativní, < 0,3 g/L	97 %
		4	0,3 - 0,5 g/L	1,3 %
		> 60	0,51 - 2,5 g/L	19 %
		>>> 243	> 2,5 g/L	78 %
Celkem za vzorek: n = 310		Úspěšnost: 98 %		
B	Všechny výsledky	>>> 306	Negativní, < 0,3 g/L	99 %
		1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
		3	> 2,5 g/L	0,97 %
Celkem za vzorek: n = 310		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(266) Urobilinogen

A	Všechny výsledky	5	Negativní, < 17 μmol/L	1,6 %
		> 47	1+, 2+	15 %
		>>> 259	3+, 4+	83 %
Celkem za vzorek: n = 311		Úspěšnost: 98 %		
B	Všechny výsledky	>>> 306	Negativní, < 17 μmol/L	98 %
		2	1+, 2+	0,64 %
		3	3+, 4+	0,96 %
Celkem za vzorek: n = 311		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(268) Bilirubin

A	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	0,33 %
		7	Negativní	2,3 %
		> 25	1+, 2+	8,2 %
		>>> 272	3+, 4+	89 %
Celkem za vzorek: n = 305		Úspěšnost: 97 %		
B	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	0,33 %
		>>> 300	Negativní	98 %
		1	1+, 2+	0,33 %
		3	3+, 4+	0,98 %
Celkem za vzorek: n = 305		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(270) Leukocyty

A	Všechny výsledky	4	Negativní	1,5 %
		3	10 - 50 leu/μL	1,1 %
		> 49	51 - 250 leu/μL	19 %
		>>> 206	> 250 leu/μL	79 %
Celkem za vzorek: n = 262		Úspěšnost: 97 %		
B	Všechny výsledky	>>> 259	Negativní	99 %
		3	> 250 leu/μL	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 262		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(272) Krev

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
A	Všechny výsledky	4	Negativní	1,3 %
		> 23	13 - 50 ery/ μ L	7,4 %
		>>> 282	> 50 ery/ μ L	91 %
----- Celkem za vzorek: n = 309 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
B	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	0,32 %
		>>> 290	Negativní	94 %
		11	5 - 12 ery/ μ L	3,6 %
		3	13 - 50 ery/ μ L	0,97 %
		4	> 50 ery/ μ L	1,3 %
----- Celkem za vzorek: n = 309 ----- Úspěšnost: 94 % -----				
Celková úspěšnost: 94 %				

(273) pH

A	Všechny výsledky	3	5,0	0,96 %
		> 16	6,5	5,1 %
		> 55	7,0	18 %
		>>> 75	7,5	24 %
		>>> 147	8,0	47 %
		> 14	8,5	4,5 %
		> 1	9,0	0,32 %
----- Celkem za vzorek: n = 311 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
B	Všechny výsledky	>>> 266	5,0	86 %
		> 32	5,5	10 %
		> 9	6,0	2,9 %
		1	6,5	0,32 %
		2	7,5	0,64 %
		1	8,0	0,32 %
----- Celkem za vzorek: n = 311 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
Celková úspěšnost: 99 %				

(274) Nitrity

A	Všechny výsledky	5	Negativní	1,9 %
		>>> 264	Pozitivní	98 %
----- Celkem za vzorek: n = 269 ----- Úspěšnost: 98 % -----				
B	Všechny výsledky	>>> 266	Negativní	99 %
		3	Pozitivní	1,1 %
----- Celkem za vzorek: n = 269 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
Celková úspěšnost: 98 %				

(275) hCG

A	Všechny výsledky	1	Negativní	5,9 %
		>>> 16	Pozitivní	94 %
----- Celkem za vzorek: n = 17 ----- Úspěšnost: 94 % -----				
B	Všechny výsledky	>>> 17	Negativní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 17 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 94 %				