

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(261) Glukóza				
A	(1) Vizually	> 4	11,1 - 28 mmol/L	1,3 %
		>>> 38	> 28 mmol/L	12 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	3	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,96 %
		8	2,81 - 11 mmol/L	2,6 %
		> 131	11,1 - 28 mmol/L	42 %
		>>> 127	> 28 mmol/L	41 %
Celkem za vzorek: n = 311		Úspěšnost: 96 %		
B	(1) Vizually	>>> 42	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	14 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 266	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	86 %
		2	11,1 - 28 mmol/L	0,64 %
		1	> 28 mmol/L	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 311		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

(263) Ketony

A	(1) Vizually	> 14	1+, 2+	4,5 %
		>>> 28	3+, 4+	9,0 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	3	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,96 %
		> 84	1+, 2+	27 %
		>>> 182	3+, 4+	59 %
Celkem za vzorek: n = 311		Úspěšnost: 99 %		
B	(1) Vizually	>>> 42	Negativní, <= 0,5 mmol/L	14 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 266	Negativní, <= 0,5 mmol/L	86 %
		1	1+, 2+	0,32 %
		2	3+, 4+	0,64 %
Celkem za vzorek: n = 311		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(264) Celková bílkovina

A	(1) Vizually	1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
		> 5	0,51 - 2,5 g/L	1,6 %
		>>> 35	> 2,5 g/L	11 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	3	Negativní, < 0,3 g/L	0,97 %
		3	0,3 - 0,5 g/L	0,97 %
		> 55	0,51 - 2,5 g/L	18 %
		>>> 208	> 2,5 g/L	67 %
Celkem za vzorek: n = 310		Úspěšnost: 98 %		
B	(1) Vizually	>>> 41	Negativní, < 0,3 g/L	13 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 265	Negativní, < 0,3 g/L	85 %
		1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
		3	> 2,5 g/L	0,97 %
Celkem za vzorek: n = 310		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(266) Urobilinogen

A	(1) Vizually	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 41	3+, 4+	13 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	5	Negativní, < 17 µmol/L	1,6 %
		> 46	1+, 2+	15 %
		>>> 218	3+, 4+	70 %
Celkem za vzorek: n = 311		Úspěšnost: 98 %		
B	(1) Vizually	>>> 41	Negativní, < 17 µmol/L	13 %
		1	1+, 2+	0,32 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 265	Negativní, < 17 µmol/L	85 %
		1	1+, 2+	0,32 %
		3	3+, 4+	0,96 %
Celkem za vzorek: n = 311		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(268) Bilirubin

A	(1) Vizually	>>> 36	3+, 4+	12 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	1	Neuvedeno	0,33 %
		7	Negativní	2,3 %
		> 25	1+, 2+	8,2 %
		>>> 236	3+, 4+	77 %
Celkem za vzorek: n = 305		Úspěšnost: 97 %		
B	(1) Vizually	>>> 36	Negativní	12 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	1	Neuvedeno	0,33 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 264	Negativní	87 %
		1	1+, 2+	0,33 %
		3	3+, 4+	0,98 %
Celkem za vzorek: n = 305		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(270) Leukocyty

A	(1) Vizually	> 3	51 - 250 leu/ μ L	1,1 %
		>>> 5	> 250 leu/ μ L	1,9 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	4	Negativní	1,5 %
		3	10 - 50 leu/ μ L	1,1 %
		> 46	51 - 250 leu/ μ L	18 %
		>>> 201	> 250 leu/ μ L	77 %
Celkem za vzorek: n = 262		Úspěšnost: 97 %		
B	(1) Vizually	>>> 8	Negativní	3,1 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 251	Negativní	96 %
		3	> 250 leu/ μ L	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 262		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(272) Krev

A	(1) Vizually	> 2	13 - 50 ery/ μ L	0,65 %
		>>> 39	> 50 ery/ μ L	13 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	4	Negativní	1,3 %
		> 21	13 - 50 ery/ μ L	6,8 %
		>>> 243	> 50 ery/ μ L	79 %
Celkem za vzorek: n = 309		Úspěšnost: 99 %		
B	(1) Vizually	>>> 41	Negativní	13 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	1	Neuvedeno	0,32 %
		>>> 249	Negativní	81 %
		11	5 - 12 ery/ μ L	3,6 %
		3	13 - 50 ery/ μ L	0,97 %
		4	> 50 ery/ μ L	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 309		Úspěšnost: 94 %		
Celková úspěšnost: 94 %				

(273) pH

A	(1) Vizually	> 19	7,0	6,1 %
		>>> 12	7,5	3,9 %
		>>> 11	8,0	3,5 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	3	5,0	0,96 %
		> 16	6,5	5,1 %
		> 36	7,0	12 %
		>>> 63	7,5	20 %
		>>> 136	8,0	44 %
		> 14	8,5	4,5 %
		> 1	9,0	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 311		Úspěšnost: 99 %		
B	(1) Vizually	>>> 39	5,0	13 %
		> 3	5,5	0,96 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 227	5,0	73 %
		> 29	5,5	9,3 %
		> 9	6,0	2,9 %
		1	6,5	0,32 %
		2	7,5	0,64 %
		1	8,0	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 311		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(274) Nitrity

A	(1) Vizually	1	Negativní	0,37 %
		>>> 9	Pozitivní	3,3 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	4	Negativní	1,5 %
		>>> 255	Pozitivní	95 %
Celkem za vzorek: n = 269		Úspěšnost: 98 %		
B	(1) Vizually	>>> 10	Negativní	3,7 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 256	Negativní	95 %
		3	Pozitivní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 269		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(275) hCG

A	(1) Vizually	>>> 16	Pozitivní	94 %
---	--------------	--------	-----------	------

Zkouška				
Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
A	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	1	Negativní	5,9 %
----- Celkem za vzorek: n = 17		----- Úspěšnost: 94 %	-----	
B	(1) Vizually	>>> 16	Negativní	94 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 1	Negativní	5,9 %
----- Celkem za vzorek: n = 17		----- Úspěšnost: 100 %	-----	
Celková úspěšnost: 94 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytlačeno: 28.02.2019