

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

**Zkouška**

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(261) Glukóza</b>				
A	Všechny výsledky	1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	4,0 %
		> 8	11,1 - 28 mmol/L	32 %
		>>> 16	> 28 mmol/L	64 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 96 %		
B	Všechny výsledky	>>> 24	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	96 %
		1	> 28 mmol/L	4,0 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

**(263) Ketony**

A	Všechny výsledky	1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,0 %
		> 7	1+, 2+	28 %
		>>> 17	3+, 4+	68 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 96 %		
B	Všechny výsledky	>>> 24	Negativní, <= 0,5 mmol/L	96 %
		1	3+, 4+	4,0 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

**(264) Celková bílkovina**

A	Všechny výsledky	1	Negativní, < 0,3 g/L	4,0 %
		> 7	0,51 - 2,5 g/L	28 %
		>>> 17	> 2,5 g/L	68 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 96 %		
B	Všechny výsledky	>>> 24	Negativní, < 0,3 g/L	96 %
		1	> 2,5 g/L	4,0 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

**(266) Urobilinogen**

A	Všechny výsledky	1	Negativní, < 17 μmol/L	4,0 %
		> 3	1+, 2+	12 %
		>>> 21	3+, 4+	84 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 96 %		
B	Všechny výsledky	>>> 24	Negativní, < 17 μmol/L	96 %
		1	3+, 4+	4,0 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

**(268) Bilirubin**

A	Všechny výsledky	2	Negativní	8,0 %
		> 3	1+, 2+	12 %
		>>> 20	3+, 4+	80 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 92 %		
B	Všechny výsledky	>>> 24	Negativní	96 %
		1	3+, 4+	4,0 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 92 %				

**(270) Leukocyty**

A	Všechny výsledky	1	Negativní	4,3 %
		> 4	51 - 250 leu/μL	17 %
		>>> 18	> 250 leu/μL	78 %
	Celkem za vzorek: n = 23	Úspěšnost: 96 %		
B	Všechny výsledky	>>> 22	Negativní	96 %
		1	> 250 leu/μL	4,3 %
	Celkem za vzorek: n = 23	Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

**(272) Krev**

A	Všechny výsledky	1	Negativní	4,0 %
		>>> 24	> 50 ery/μL	96 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 96 %		
B	Všechny výsledky	>>> 24	Negativní	96 %
		1	> 50 ery/μL	4,0 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

**(273) pH**

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
A	Všechny výsledky	1	5,0	4,0 %
		>	3 6,5	12 %
		>	7 7,0	28 %
		>>>	2 7,5	8,0 %
		>>>	11 8,0	44 %
		>	1 8,5	4,0 %
----- Celkem za vzorek: n = 25 -----		Úspěšnost: 96 %	-----	
B	Všechny výsledky	>>>	20 5,0	80 %
		>	3 5,5	12 %
		>	1 6,0	4,0 %
			1 7,5	4,0 %
----- Celkem za vzorek: n = 25 -----		Úspěšnost: 96 %	-----	
Celková úspěšnost: 96 %				

## (274) Nitrity

A	Všechny výsledky	2	Negativní	8,3 %
		>>>	22 Pozitivní	92 %
----- Celkem za vzorek: n = 24 -----		Úspěšnost: 92 %	-----	
B	Všechny výsledky	>>>	23 Negativní	96 %
			1 Pozitivní	4,2 %
----- Celkem za vzorek: n = 24 -----		Úspěšnost: 96 %	-----	
Celková úspěšnost: 92 %				

## (275) hCG

A	Všechny výsledky	>>>	4 Pozitivní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 4 -----		Úspěšnost: 100 %	-----	
B	Všechny výsledky	>>>	4 Negativní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 4 -----		Úspěšnost: 100 %	-----	
Celková úspěšnost: 100 %				