

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(1076) ER pozice 1				
Skla EHK	Všechny výsledky	1	Negativní	8,3 %
		>>> 11	Pozitivní	92 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %				
(1077) ER pozice 2				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 11	Negativní	92 %
		1	Pozitivní	8,3 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %				
(1078) ER pozice 3				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 12	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1079) ER pozice 4				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 12	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1080) ER pozice 5				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 12	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1081) ER pozice 6				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 11	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1082) ER pozice 7				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 12	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1083) ER pozice 8				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 12	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1084) ER pozice 9				
Skla EHK	Všechny výsledky	1	Negativní	8,3 %
		>>> 11	Pozitivní	92 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %				
(1085) ER pozice 10				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 12	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1096) PgR pozice 1				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 12	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1097) PgR pozice 2				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 12	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1098) PgR pozice 3				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 12	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1099) PgR pozice 4				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 11	Negativní	92 %
		1	Pozitivní	8,3 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %				

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(1100) PgR pozice 5				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 12	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1101) PgR pozice 6				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 12	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1102) PgR pozice 7				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 12	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1103) PgR pozice 8				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 10	Negativní	83 %
		2	Pozitivní	17 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 83 %		
Celková úspěšnost: 83 %				
(1104) PgR pozice 9				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 10	Negativní	83 %
		2	Pozitivní	17 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 83 %		
Celková úspěšnost: 83 %				
(1105) PgR pozice 10				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 12	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				