

Legenda: >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek

N ... počet výsledků

> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek

Nrel ... relativní počet výsledků

± ... označuje nehodnocený výsledek

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 3**(488) APC - rezistence**

A3	(38) IL	>>>	13	Pozitivní	21 %
	(51) Technoclone	>>>	2	Pozitivní	3,2 %
	(94) Stago	>>>	3	Pozitivní	4,8 %
	(102) Chromogenix	>>>	2	Pozitivní	3,2 %
	(149) Siemens (Dade)	>>>	14	Pozitivní	23 %
	(159) Grifols	>>>	1	Pozitivní	1,6 %
	(192) Pentapharm	>>>	24	Pozitivní	39 %
	(193) HYPHEN BioMed	>>>	2	Pozitivní	3,2 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	1,6 %

----- Celkem za vzorek: n = 62 ----- Úspěšnost: 100 % -----

Celková úspěšnost: 100 %

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 05.06.2019