

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: HSI/19 - Hemokoagulace speciální

Stop termín: 24.05.2019

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| RoM = robustní průměr | AV = vztažná hodnota | Dmax = přijatelný rozdíl v procentech |
| SD = směrodatná odchylka | CRV = certifikovaná referenční hodnota | LL = dolní mez |
| CV = variační koeficient | RV = referenční hodnota | UL = horní mez |
| Ntot = celkový počet účastníků | CVE = konsenzus expertů | Neva = počet hodnocených účastníků |
| Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem | CVP = konsenzus všech účastníků | Nsuc = počet úspěšných účastníků |
| | CVPG = konsenzus skupin účastníků | Srel = relativní úspěšnost |
| | U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2) | |

| Zkouška | [jednotka] | Srovnatelnost | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|-------|--------|------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|
| | | RoM | SD | CV [%] | N _{tot} | N _{out} | AV | U _{AV} | D _{max} | LL | UL | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} |
| Sada vzorků 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| (479) Faktor VIII | | | | | | | | | | | | | | |
| Vzorky a skupiny | [%] | | | | 31 | | | | | | | 31 | 28 | 90% |
| Vzorek A1 | | 30,3 | 2,7 | 9,0 | 31 | CVP | 30,1 | 0,79 | 25% | 22,5 | 37,7 | 31 | 28 | 90% |
| (1) Koagulační stanovení | | 29,9 | 2,5 | 8,5 | 28 | 0 | | | | | | 28 | | |
| Ostatní | | | | | 3 | 0 | | | | | | 3 | | |
| | | | | | | 3x4 | | | | | | | | |
| (480) von Willebrandův f. (aktivita) | | | | | | | | | | | | | | |
| Vzorky a skupiny | [%] | | | | 5 | | | | | | | 5 | 5 | 100% |
| Vzorek A1 | | 55,9 | 0,67 | 1,2 | 5 | CVP | 57,7 | 2,2 | 30% | 40,3 | 75,1 | 5 | 5 | 100% |
| (0) Neuvedeno | | 55,9 | 0,67 | 1,2 | 5 | 0 | | | | | | 5 | | |
| (481) von Willebrandův f. (antigen) | | | | | | | | | | | | | | |
| Vzorky a skupiny | [%] | | | | 7 | | | | | | | 7 | 7 | 100% |
| Vzorek A1 | | 65,5 | 5,6 | 8,6 | 7 | CVP | 66,6 | 2,2 | 20% | 53,2 | 80 | 7 | 7 | 100% |
| (0) Neuvedeno | | 65,5 | 5,6 | 8,6 | 7 | 0 | | | | | | 7 | | |
| Sada vzorků 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| (482) Faktor IX | | | | | 12 | | | | | | | 12 | 10 | 83% |
| Vzorky a skupiny | [%] | | | | | | | | | | | | | |
| Vzorek A2 | | 4,48 | 1,2 | 26 | 12 | CVP | 4,46 | 0,40 | 46% | 2,4 | 6,52 | 12 | 10 | 83% |
| (1) Koagulační stanovení | | 4,48 | 1,2 | 26 | 12 | 0 | | | | | | 12 | | |
| (483) Faktor XI | | | | | | | | | | | | | | |
| Vzorky a skupiny | [%] | | | | 9 | | | | | | | 9 | 9 | 100% |
| Vzorek A2 | | 102 | 7,4 | 7,3 | 9 | CVP | 98,8 | 4,3 | 25% | 74,1 | 124 | 9 | 9 | 100% |
| (1) Koagulační stanovení | | 102 | 7,4 | 7,3 | 9 | 0 | | | | | | 9 | | |
| (484) Faktor XII | | | | | | | | | | | | | | |
| Vzorky a skupiny | [%] | | | | 9 | | | | | | | 9 | 8 | 89% |
| Vzorek A2 | | 96,2 | 7,0 | 7,2 | 9 | CVP | 100 | 4,5 | 25% | 75 | 125 | 9 | 8 | 89% |
| (1) Koagulační stanovení | | 96,2 | 7,0 | 7,2 | 9 | 0 | | | | | | 9 | | |
| Sada vzorků 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| (485) Protein C | | | | | 14 | | | | | | | 14 | 14 | 100% |
| Vzorky a skupiny | [%] | | | | | | | | | | | | | |
| Vzorek A3 | | 111 | 6,5 | 5,9 | 14 | CVP | 114 | 1,4 | 20% | 91,2 | 137 | 14 | 14 | 100% |
| (2) Chromogenní substráty | | 111 | 6,5 | 5,9 | 14 | 0 | | | | | | 14 | | |
| (486) Protein S | | | | | | | | | | | | | | |
| Vzorky a skupiny | [%] | | | | 13 | | | | | | | 13 | 13 | 100% |
| Vzorek A3 | | 76,6 | 11 | 15 | 13 | CVP | 79,5 | 3,7 | 30% | 55,6 | 104 | 13 | 13 | 100% |
| (1) Koagulační stanovení | | 72,6 | 7,5 | 10 | 10 | 0 | | | | | | 10 | | |
| Ostatní | | | | | 3 | 0 | | | | | | 3 | | |
| | | | | | | 3x3 | | | | | | | | |
| (487) ProC Global (norm. poměr) | | | | | | | | | | | | | | |
| Vzorky a skupiny | [-] | | | | 8 | | | | | | | 8 | 8 | 100% |
| Vzorek A3 | | 0,455 | 0,052 | 11 | 8 | CVP | 0,458 | 0,021 | 25% | 0,343 | 0,573 | 8 | 8 | 100% |
| (1) Koagulační stanovení | | 0,455 | 0,052 | 11 | 8 | 0 | | | | | | 8 | | |
| Sada vzorků 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| (491) Faktor II | | | | | 12 | | | | | | | 12 | 11 | 92% |
| Vzorky a skupiny | [%] | | | | | | | | | | | | | |
| Vzorek A4 | | 100 | 12 | 12 | 12 | CVP | 96,6 | 4,5 | 25% | 72,4 | 121 | 12 | 11 | 92% |
| (1) Koagulační stanovení | | 100 | 12 | 12 | 12 | 0 | | | | | | 12 | | |
| (492) Faktor V | | | | | | | | | | | | | | |
| Vzorky a skupiny | [%] | | | | 13 | | | | | | | 13 | 13 | 100% |
| Vzorek A4 | | 96,7 | 8,1 | 8,4 | 13 | CVP | 95,1 | 2,5 | 25% | 71,3 | 119 | 13 | 13 | 100% |
| (1) Koagulační stanovení | | 96,7 | 8,1 | 8,4 | 13 | 0 | | | | | | 13 | | |
| (493) Faktor VII | | | | | | | | | | | | | | |
| Vzorky a skupiny | [%] | | | | 14 | | | | | | | 14 | 14 | 100% |
| Vzorek A4 | | 118 | 13 | 11 | 14 | CVP | 115 | 4,8 | 25% | 86,2 | 144 | 14 | 14 | 100% |
| (1) Koagulační stanovení | | 118 | 13 | 11 | 14 | 0 | | | | | | 14 | | |

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: princip měření)

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: HSI/19 - Hemokoagulace speciální

Stop termín: 24.05.2019

| Zkouška | [jednotka] | RoM | SD | CV [%] | N _{tot} | N _{out} | Srovnatelnost | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------|-----|-----------|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|------|-----|------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | | | | AV | U _{AV} | D _{max} | LL | UL | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} |
| (494) Faktor X | | | | | 12 | | | | | | | 12 | 11 | 92% |
| Vzorky a skupiny | [%] | | | | | | | | | | | | | |
| Vzorek A4 | | 90,5 | 8,0 | 8,8 | 12 | CVP | 89,8 | 3,6 | 25% | 67,3 | 113 | 12 | 11 | 92% |
| (1) Koagulační stanovení | | 90,5 | 8,0 | 8,8 | 12 | 0 | | | | | | 12 | | |
| st_kn_p | | | | | | Konec sestavy | | | | | | | | Vytištěno: 05.06.2019 |