Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

(Skupiny: výrobce reagencie)

Cyklus EHK: IDDM2/19 - Autoimunitní diabetes 1. typu

Stop termín: 20.09.2019

Legenda:
>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek
> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek
± ... označuje nehodnocený výsledek
N ... počet výsledků
Nrel ... relativní počet výsledků

Zkouška

Vzorek	Skupina		N	Výsledek	N_{rel}
(472) anti-GAD					
A	(36) Immunotech	>>>	2	Negativní	5,6 %
	(49) BioVendor	>>>	3	Negativní	8,3 %
	(52) Dynex	>>>	1	Negativní	2,8 %
	(66) DRG	>>>	5	Negativní	14 %
	(87) Euroimmun	>>>	14	Negativní	39 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>>	5	Negativní	14 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5	Negativní	14 %
			1	Pozitivní	2,8 %
	Celkem za vzorek: n = 36	Úspěšnost: 97 %			
B	(36) Immunotech	>>>	2	Pozitivní	5,6 %
	(49) BioVendor	>>>	3	Pozitivní	8,3 %
	(52) Dynex	>>>	1	Pozitivní	2,8 %
	(66) DRG	>>>	5	Pozitivní	14 %
	(87) Euroimmun	>>>	14	Pozitivní	39 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>>	5	Pozitivní	14 %
	(999) jiný výrobce	>>>	6	Pozitivní	17 %
	Celkem za vzorek: n = 36	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 97 %					
(474) anti-IA-2					
A	(36) Immunotech	>>>	2	Negativní	6,7 %
	(49) BioVendor	>>>	3	Negativní	10 %
	(52) Dynex	>>>	1	Negativní	3,3 %
	(66) DRG	>>>	2	Negativní	6,7 %
	(87) Euroimmun	>>>	13	Negativní	43 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>>	1	Negativní	3,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1	Negativní	3,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	7	Negativní	23 %
	Celkem za vzorek: n = 30	Úspěšnost: 100 %			
B	(36) Immunotech	>>>	2	Negativní	6,7 %
	(49) BioVendor	>>>	3	Negativní	10 %
	(52) Dynex	>>>	1	Negativní	3,3 %
	(66) DRG	>>>	2	Negativní	6,7 %
	(87) Euroimmun	>>>	12	Negativní	40 %
			1	Pozitivní	3,3 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>>	1	Negativní	3,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1	Negativní	3,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	6	Negativní	20 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	3,3 %
	Celkem za vzorek: n = 30	Úspěšnost: 93 %			
Celková úspěšnost: 93 %					

st_kl

Konec sestavy

Vytištěno: 30.09.2019