

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

**Zkouška**

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(259) HLA-B27</b>				
A	(12) Beckman Coulter	>>> 40	Negativní	59 %
		2	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,9 %
	(36) Immunotech	>>> 1	Negativní	1,5 %
		1	Pozitivní	1,5 %
	(88) Becton Dickinson	>>> 20	Negativní	29 %
	(177) MINDRAY	>>> 3	Negativní	4,4 %
	(190) Exbio Praha	>>> 1	Negativní	1,5 %
----- Celkem za vzorek: n = 68		----- Úspěšnost: 96 %	-----	
B	(12) Beckman Coulter	3	Negativní	4,4 %
		> 3	Neprůkazný výsledek (hraniční)	4,4 %
		>>> 36	Pozitivní	53 %
	(36) Immunotech	>>> 2	Pozitivní	2,9 %
	(88) Becton Dickinson	> 1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,5 %
		>>> 19	Pozitivní	28 %
	(177) MINDRAY	>>> 3	Pozitivní	4,4 %
	(190) Exbio Praha	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
----- Celkem za vzorek: n = 68		----- Úspěšnost: 96 %	-----	
Celková úspěšnost: 94 %				