

## Cyklus EHK: IFT1/19 - Imunofenotypizace

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(253) CD 3+ T lymfocyty</b>					100							100	91	91%
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A</b>		58,0	1,5	2,5	100	CVP	58	0,36	7%	53,9	62,1	100	95	95%
Všechny výsledky		58,0	1,5	2,5	100	0						100		
<b>Vzorek B</b>		77,7	2,2	2,8	100	CVP	77,7	0,54	7%	72,2	83,2	100	96	96%
Všechny výsledky		77,7	2,2	2,8	100	0						100		
<b>(254) CD 4+ T lymfocyty</b>					100							100	91	91%
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A</b>		49,8	1,5	3,1	100	CVP	49,8	0,38	10%	44,8	54,8	100	93	93%
Všechny výsledky		49,8	1,5	3,1	100	0						100		
<b>Vzorek B</b>		44,2	1,7	3,9	100	CVP	44,2	0,42	10%	39,7	48,7	100	96	96%
Všechny výsledky		44,2	1,7	3,9	100	0						100		
<b>(255) CD 8+ T lymfocyty</b>					100							100	92	92%
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A</b>		7,30	0,54	7,5	100	CVP	7,3	0,13	17%	6,05	8,55	100	92	92%
Všechny výsledky		7,30	0,54	7,5	100	0						100		
<b>Vzorek B</b>		29,4	1,7	5,7	100	CVP	29,4	0,41	17%	24,4	34,4	100	99	99%
Všechny výsledky		29,4	1,7	5,7	100	0						100		
<b>(256) B lymfocyty</b>					100							100	97	97%
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A</b>		19,4	1,1	5,4	100	CVP	19,4	0,26	30%	13,5	25,3	100	99	99%
Všechny výsledky		19,4	1,1	5,4	100	0						100		
<b>Vzorek B</b>		11,3	0,85	7,5	100	CVP	11,3	0,21	30%	7,91	14,7	100	97	97%
Všechny výsledky		11,3	0,85	7,5	100	0						100		
<b>(257) NK buňky</b>					100							100	90	90%
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A</b>		21,1	1,5	7,2	100	CVP	21,1	0,37	26%	15,6	26,6	100	98	98%
Všechny výsledky		21,1	1,5	7,2	100	0						100		
<b>Vzorek B</b>		9,54	1,3	14	100	CVP	9,54	0,32	26%	7,05	12,1	100	91	91%
Všechny výsledky		9,54	1,3	14	100	0						100		

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 21.04.2019