

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost										N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>	
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL				
<b>(253) CD 3+ T lymfocyty</b>						31							31	29	94%
Vzorky a skupiny	[%]														
<b>Vzorek A</b>		57,9	1,2	2,1	31		CVP	58	0,36	7%	53,9	62,1	31	30	97%
Všechny výsledky		57,9	1,2	2,1	31	0							31		
<b>Vzorek B</b>		77,6	2,1	2,7	31		CVP	77,7	0,54	7%	72,2	83,2	31	30	97%
Všechny výsledky		77,6	2,1	2,7	31	0							31		
<b>(254) CD 4+ T lymfocyty</b>						31							31	29	94%
Vzorky a skupiny	[%]														
<b>Vzorek A</b>		49,5	1,5	3,1	31		CVP	49,8	0,38	10%	44,8	54,8	31	29	94%
Všechny výsledky		49,5	1,5	3,1	31	0							31		
<b>Vzorek B</b>		43,6	1,6	3,7	31		CVP	44,2	0,42	10%	39,7	48,7	31	30	97%
Všechny výsledky		43,6	1,6	3,7	31	0							31		
<b>(255) CD 8+ T lymfocyty</b>						31							31	29	94%
Vzorky a skupiny	[%]														
<b>Vzorek A</b>		7,30	0,53	7,3	31		CVP	7,3	0,13	17%	6,05	8,55	31	29	94%
Všechny výsledky		7,30	0,53	7,3	31	0							31		
<b>Vzorek B</b>		29,1	1,8	6,1	31		CVP	29,4	0,41	17%	24,4	34,4	31	31	100%
Všechny výsledky		29,1	1,8	6,1	31	0							31		
<b>(256) B lymfocyty</b>						31							31	29	94%
Vzorky a skupiny	[%]														
<b>Vzorek A</b>		19,4	0,86	4,4	31		CVP	19,4	0,26	30%	13,5	25,3	31	31	100%
Všechny výsledky		19,4	0,86	4,4	31	0							31		
<b>Vzorek B</b>		11,5	0,83	7,2	31		CVP	11,3	0,21	30%	7,91	14,7	31	29	94%
Všechny výsledky		11,5	0,83	7,2	31	0							31		
<b>(257) NK buňky</b>						31							31	29	94%
Vzorky a skupiny	[%]														
<b>Vzorek A</b>		21,2	2,0	9,4	31		CVP	21,1	0,37	26%	15,6	26,6	31	29	94%
Všechny výsledky		21,2	2,0	9,4	31	0							31		
<b>Vzorek B</b>		9,80	1,1	11	31		CVP	9,54	0,32	26%	7,05	12,1	31	30	97%
Všechny výsledky		9,80	1,1	11	31	0							31		