

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(601) A1 exprese HER-2/neu				
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 7	Negativní (0)	16 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 11	Negativní (0)	24 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 24	Negativní (0)	53 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní (0)	6,7 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				

(602) A2 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	> 2	Negativní (1)	4,4 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 5	Slabě pozitivní	11 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	> 2	Negativní (0)	4,4 %
	(999) jiný výrobce	> 3	Negativní (1)	6,7 %
		>>> 6	Slabě pozitivní	13 %
		> 7	Negativní (1)	16 %
		>>> 17	Slabě pozitivní	38 %
		> 3	Negativní (1)	6,7 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 96 %				
Celková úspěšnost: 96 %				

(603) A3 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 7	Silně pozitivní	16 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 11	Silně pozitivní	24 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 24	Silně pozitivní	53 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Silně pozitivní	6,7 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				

(606) B1 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	> 3	Negativní (0)	6,7 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 4	Negativní (1)	8,9 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	> 6	Negativní (0)	13 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní (1)	8,9 %
		1	Slabě pozitivní	2,2 %
		> 16	Negativní (0)	36 %
		>>> 7	Negativní (1)	16 %
		1	Slabě pozitivní	2,2 %
		> 2	Negativní (0)	4,4 %
		>>> 1	Negativní (1)	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 96 %				
Celková úspěšnost: 96 %				

(607) B2 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 7	Silně pozitivní	16 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 11	Silně pozitivní	24 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 24	Silně pozitivní	53 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Silně pozitivní	6,7 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				

(608) B3 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	> 4	Negativní (0)	8,9 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 2	Negativní (1)	4,4 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	1	Slabě pozitivní	2,2 %
	(999) jiný výrobce	> 6	Negativní (0)	13 %
		>>> 4	Negativní (1)	8,9 %
		1	Slabě pozitivní	2,2 %
		> 23	Negativní (0)	51 %
		>>> 1	Negativní (1)	2,2 %
		> 2	Negativní (0)	4,4 %
		>>> 1	Negativní (1)	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 96 %				
Celková úspěšnost: 96 %				

(611) C1 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 7	Slabě pozitivní	16 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 10	Slabě pozitivní	22 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	> 1	Silně pozitivní	2,2 %
		> 4	Negativní (1)	8,9 %
		>>> 20	Slabě pozitivní	44 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Sklo	(999) jiný výrobce	>	1 Negativní (1)	2,2 %
		>>>	2 Slabě pozitivní	4,4 %
----- Celkem za vzorek: n = 45 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 100 %				

(612) C2 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	>	3 Negativní (1)	6,7 %
		>>>	4 Slabě pozitivní	8,9 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>	1 Negativní (1)	2,2 %
		>>>	9 Slabě pozitivní	20 %
		>	1 Silně pozitivní	2,2 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>	10 Negativní (1)	22 %
		>>>	14 Slabě pozitivní	31 %
	(999) jiný výrobce	>	3 Negativní (1)	6,7 %
----- Celkem za vzorek: n = 45 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 100 %				

(613) C3 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>>	6 Slabě pozitivní	13 %
		>	1 Silně pozitivní	2,2 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>>	10 Slabě pozitivní	22 %
		>	1 Silně pozitivní	2,2 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>	1 Negativní (1)	2,2 %
		>>>	23 Slabě pozitivní	51 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Slabě pozitivní	6,7 %
----- Celkem za vzorek: n = 45 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 100 %				

(616) D1 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest		1 Negativní (0)	2,2 %
		>	3 Negativní (1)	6,7 %
		>>>	3 Slabě pozitivní	6,7 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein		2 Negativní (0)	4,4 %
		>	3 Negativní (1)	6,7 %
		>>>	6 Slabě pozitivní	13 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>	16 Negativní (1)	36 %
		>>>	8 Slabě pozitivní	18 %
	(999) jiný výrobce		1 Negativní (0)	2,2 %
		>	2 Negativní (1)	4,4 %
----- Celkem za vzorek: n = 45 ----- Úspěšnost: 91 % -----				
Celková úspěšnost: 91 %				

(617) D2 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	>	1 Negativní (0)	2,2 %
		>>>	5 Negativní (1)	11 %
			1 Slabě pozitivní	2,2 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>	3 Negativní (0)	6,7 %
		>>>	5 Negativní (1)	11 %
			3 Slabě pozitivní	6,7 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>	8 Negativní (0)	18 %
		>>>	14 Negativní (1)	31 %
			2 Slabě pozitivní	4,4 %
	(999) jiný výrobce	>	2 Negativní (0)	4,4 %
		>>>	1 Negativní (1)	2,2 %
----- Celkem za vzorek: n = 45 ----- Úspěšnost: 87 % -----				
Celková úspěšnost: 87 %				

(618) D3 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>>	7 Negativní (0)	16 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>>	10 Negativní (0)	22 %
		>	1 Negativní (1)	2,2 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	24 Negativní (0)	53 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Negativní (0)	6,7 %
----- Celkem za vzorek: n = 45 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 100 %				

(621) E1 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>>	7 Silně pozitivní	16 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>>	11 Silně pozitivní	24 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	24 Silně pozitivní	53 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Silně pozitivní	6,7 %
----- Celkem za vzorek: n = 45 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 100 %				

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(622) E2 exprese HER-2/neu				
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 7	Negativní (0)	16 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 11	Negativní (0)	24 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 23	Negativní (0)	51 %
		> 1	Negativní (1)	2,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní (0)	6,7 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				

(623) E3 exprese HER-2/neu

Sklo	(802) Dako HercepTest	1	Negativní (0)	2,2 %
		> 2	Negativní (1)	4,4 %
		>>> 4	Slabě pozitivní	8,9 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	2	Negativní (0)	4,4 %
		> 3	Negativní (1)	6,7 %
		>>> 6	Slabě pozitivní	13 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	1	Negativní (0)	2,2 %
		> 18	Negativní (1)	40 %
		>>> 5	Slabě pozitivní	11 %
	(999) jiný výrobce	1	Negativní (0)	2,2 %
		> 1	Negativní (1)	2,2 %
		>>> 1	Slabě pozitivní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 89 %				
Celková úspěšnost: 89 %				

(651) A1 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	> 1	11 bodů	2,2 %
		>>> 1	14 bodů	2,2 %
		>>> 43	15 bodů	96 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				

(652) A2 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	6	0 bodů	13 %
		1	6 bodů	2,2 %
		1	7 bodů	2,2 %
		> 8	9 bodů	18 %
		> 4	11 bodů	8,9 %
		>>> 5	13 bodů	11 %
		>>> 20	15 bodů	44 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 82 %				
Celková úspěšnost: 82 %				

(653) A3 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	>>> 2	14 bodů	4,4 %
		>>> 43	15 bodů	96 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				

(656) B1 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	1	7 bodů	2,2 %
		> 1	9 bodů	2,2 %
		>>> 1	13 bodů	2,2 %
		>>> 42	15 bodů	93 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 98 %				
Celková úspěšnost: 98 %				

(657) B2 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	> 1	12 bodů	2,2 %
		>>> 1	14 bodů	2,2 %
		>>> 43	15 bodů	96 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				

(658) B3 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	> 2	11 bodů	4,4 %
		>>> 3	13 bodů	6,7 %
		>>> 3	14 bodů	6,7 %
		>>> 37	15 bodů	82 %
Celkem za vzorek: n = 45 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				

(661) C1 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	1	7 bodů	2,2 %
		> 13	9 bodů	29 %
		> 1	11 bodů	2,2 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Sklo	(0) výrobce neuveden	>	1 12 bodů	2,2 %
		>>>	4 13 bodů	8,9 %
		>>>	25 15 bodů	56 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(662) C2 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden		4 0 bodů	8,9 %
			1 7 bodů	2,2 %
		>	14 9 bodů	31 %
		>	3 11 bodů	6,7 %
		>>>	3 13 bodů	6,7 %
		>>>	20 15 bodů	44 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 89 %		
Celková úspěšnost: 89 %				

(663) C3 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	>	2 9 bodů	4,4 %
		>>>	2 13 bodů	4,4 %
		>>>	2 14 bodů	4,4 %
		>>>	39 15 bodů	87 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(666) D1 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden		8 0 bodů	18 %
			1 3 body	2,2 %
			3 7 bodů	6,7 %
		>	16 9 bodů	36 %
		>	1 10 bodů	2,2 %
		>	2 11 bodů	4,4 %
		>>>	14 15 bodů	31 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 73 %		
Celková úspěšnost: 73 %				

(667) D2 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	>	5 9 bodů	11 %
		>	1 12 bodů	2,2 %
		>>>	3 13 bodů	6,7 %
		>>>	2 14 bodů	4,4 %
		>>>	34 15 bodů	76 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(668) D3 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	>>>	2 13 bodů	4,4 %
		>>>	3 14 bodů	6,7 %
		>>>	40 15 bodů	89 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(671) E1 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	>	1 12 bodů	2,2 %
		>>>	44 15 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(672) E2 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	>	1 8 bodů	2,2 %
		>>>	1 13 bodů	2,2 %
		>>>	43 15 bodů	96 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(673) E3 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden		10 0 bodů	22 %		
			1 3 body	2,2 %		
			1 6 bodů	2,2 %		
			3 7 bodů	6,7 %		
		>	22 9 bodů	49 %		
		>	1 10 bodů	2,2 %		
		>	2 11 bodů	4,4 %		
		>>>	5 15 bodů	11 %		
		Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 67 %		

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celková úspěšnost: 67 %				
(681) VKK				
Sklo	(0) výrobce neuveden	3	0 bodů	6,7 %
		1	1 bod	2,2 %
		1	2 body	2,2 %
		7	3 body	16 %
		2	4 body	4,4 %
		>	2 5 bodů	4,4 %
		>	9 6 bodů	20 %
		>	1 7 bodů	2,2 %
		>>>	7 8 bodů	16 %
		>>>	12 9 bodů	27 %
----- Celkem za vzorek: n = 45 ----- Úspěšnost: 69 % -----				
Celková úspěšnost: 69 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 29.05.2019