

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(601) A1 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	Negativní (0)	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(602) A2 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	> 5	Negativní (1)	45 %
		>>> 6	Slabě pozitivní	55 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(603) A3 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	Silně pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(606) B1 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	> 7	Negativní (0)	64 %
		>>> 4	Negativní (1)	36 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(607) B2 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	Silně pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(608) B3 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	> 8	Negativní (0)	73 %
		>>> 2	Negativní (1)	18 %
		1	Slabě pozitivní	9,1 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 91 %		
Celková úspěšnost: 91 %				
(611) C1 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	> 3	Negativní (1)	27 %
		>>> 8	Slabě pozitivní	73 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(612) C2 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	> 8	Negativní (1)	73 %
		>>> 3	Slabě pozitivní	27 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(613) C3 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 10	Slabě pozitivní	91 %
		> 1	Silně pozitivní	9,1 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(616) D1 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	> 8	Negativní (1)	73 %
		>>> 3	Slabě pozitivní	27 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(617) D2 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	> 4	Negativní (0)	36 %
		>>> 6	Negativní (1)	55 %
		1	Slabě pozitivní	9,1 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 91 %		
Celková úspěšnost: 91 %				
(618) D3 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	Negativní (0)	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(621) E1 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	Silně pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celková úspěšnost: 100 %				
(622) E2 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	Negativní (0)	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(623) E3 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	1	Negativní (0)	9,1 %
		>	7 Negativní (1)	64 %
		>>>	3 Slabě pozitivní	27 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 91 %		
Celková úspěšnost: 91 %				
(651) A1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>	1 11 bodů	9,1 %
		>>>	1 14 bodů	9,1 %
		>>>	9 15 bodů	82 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(652) A2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	2	0 bodů	18 %
		1	6 bodů	9,1 %
		>	2 9 bodů	18 %
		>	1 11 bodů	9,1 %
		>>>	1 13 bodů	9,1 %
		>>>	4 15 bodů	36 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 73 %		
Celková úspěšnost: 73 %				
(653) A3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(656) B1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>	1 9 bodů	9,1 %
		>>>	1 13 bodů	9,1 %
		>>>	9 15 bodů	82 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(657) B2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 11	15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(658) B3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>	1 11 bodů	9,1 %
		>>>	2 13 bodů	18 %
		>>>	8 15 bodů	73 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(661) C1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>	3 9 bodů	27 %
		>	1 12 bodů	9,1 %
		>>>	2 13 bodů	18 %
		>>>	5 15 bodů	45 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(662) C2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	1	0 bodů	9,1 %
		>	5 9 bodů	45 %
		>>>	2 13 bodů	18 %
		>>>	3 15 bodů	27 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 91 %		
Celková úspěšnost: 91 %				
(663) C3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>	2 9 bodů	18 %
		>>>	1 13 bodů	9,1 %
		>>>	1 14 bodů	9,1 %
		>>>	7 15 bodů	64 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celková úspěšnost: 100 %				
(666) D1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	3	0 bodů	27 %
		1	7 bodů	9,1 %
		>	4 9 bodů	36 %
		>	1 10 bodů	9,1 %
		>>>	2 15 bodů	18 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 64 %		
Celková úspěšnost: 64 %				
(667) D2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>	1 9 bodů	9,1 %
		>>>	10 15 bodů	91 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(668) D3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>>	1 13 bodů	9,1 %
		>>>	1 14 bodů	9,1 %
		>>>	9 15 bodů	82 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(671) E1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>>	11 15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(672) E2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>	1 8 bodů	9,1 %
		>>>	1 13 bodů	9,1 %
		>>>	9 15 bodů	82 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(673) E3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	4	0 bodů	36 %
		1	7 bodů	9,1 %
		>	5 9 bodů	45 %
		>	1 10 bodů	9,1 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 55 %		
Celková úspěšnost: 55 %				
(681) VKK				
Sklo	Všechny výsledky	2	0 bodů	18 %
		1	3 body	9,1 %
		>	3 6 bodů	27 %
		>>>	5 9 bodů	45 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 73 %		
Celková úspěšnost: 73 %				