

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>Sada vzorků 1</b>														
<b>(536) Protrombinový test (CoaguChek)</b>					157							157	154	98%
Vzorky a skupiny														
<b>Vzorek A1</b>		1,51	0,037	2,5	157	CVP	1,51	0,0072	20%	1,2	1,82	157	156	99%
Všechny výsledky		1,51	0,037	2,5	157	0						157		
<b>Vzorek B1</b>		3,03	0,17	5,5	157	CVP	3,03	0,033	20%	2,42	3,64	157	154	98%
Všechny výsledky		3,03	0,17	5,5	157	0						157		
<b>Sada vzorků 3</b>														
<b>(543) Protrombinový test (microINR)</b>					31							31	21	68%
Vzorky a skupiny														
<b>Vzorek A3</b>		1,98	0,15	7,5	31	CVP	1,98	0,065	20%	1,58	2,38	31	27	87%
Všechny výsledky		1,98	0,15	7,5	31	0						31		
<b>Vzorek B3</b>		2,98	0,50	17	31	CVP	2,98	0,22	20%	2,38	3,58	31	24	77%
Všechny výsledky		2,98	0,50	17	31	1						31		
<b>Sada vzorků 4</b>														
<b>(551) Protrombinový test (Coag-Sense)</b>					1							0		
Vzorky a skupiny														
<b>Vzorek A4</b>		1,40			1							0		
Všechny výsledky		1,40			1	0	CVP	1,4	20%	1,12	1,68	0		
<b>Vzorek B4</b>		1,80			1							0		
Všechny výsledky		1,80			1	0	CVP	1,8	20%	1,44	2,16	0		
<b>Sada vzorků 5</b>														
<b>(552) Protrombinový test (Xprecia)</b>					20							20	20	100%
Vzorky a skupiny														
<b>Vzorek A5</b>		1,16	0,057	4,9	20	CVP	1,16	0,031	20%	0,928	1,4	20	20	100%
Všechny výsledky		1,16	0,057	4,9	20	0						20		
<b>Vzorek B5</b>		2,81	0,08	2,9	20	CVP	2,81	0,044	20%	2,24	3,38	20	20	100%
Všechny výsledky		2,81	0,08	2,9	20	0						20		

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 11.03.2019