

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: LMWH1/19 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 24.05.2019

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(103) Nízkomolekulární heparin					114							114	108	95%
Vzorky a skupiny	[IU/mL]													
Vzorek A		0,940	0,097	10	114	CVP	0,94	0,022	25%	0,705	1,18	114	112	98%
(38) IL		0,795	0,041	5,1	18	0						18		
(63) Sysmex		0,983	0,046	4,7	71	0						71		
(94) Stago		0,848	0,11	12	14	0						14		
(149) Siemens (Dade)		0,970	0,10	11	8	0						8		
Ostatní					3	0						3		
							1x 12, 2x 175							
Vzorek B		1,61	0,22	13	114	CVP	1,61	0,049	25%	1,2	2,02	114	109	96%
(38) IL		1,36	0,056	4,1	18	0						18		
(63) Sysmex		1,69	0,16	9,5	71	0						71		
(94) Stago		1,48	0,24	16	14	0						14		
(149) Siemens (Dade)		1,59	0,13	7,9	8	0						8		
Ostatní					3	0						3		
							1x 12, 2x 175							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 05.06.2019