

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: LMWH1/19 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 24.05.2019

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	$U_{AV}$ = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(103) Nízkomolekulární heparin</b>					114							114	108	95%
Vzorky a skupiny	[IU/mL]													
<b>Vzorek A</b>		0,940	0,097	10	114	CVP	0,94	0,022	25%	0,705	1,18	114	112	98%
(38) IL		0,792	0,034	4,3	18	0						18		
(94) Stago		0,799	0,064	8,0	10	0						10		
(149) Siemens (Dade)		0,972	0,042	4,4	32	0						32		
(193) HYPHEN BioMed		0,989	0,056	5,7	49	0						49		
Ostatní					5	0						5		
							3x 102, 2x 999							
<b>Vzorek B</b>		1,61	0,22	13	114	CVP	1,61	0,049	25%	1,2	2,02	114	109	96%
(38) IL		1,35	0,05	3,7	18	0						18		
(94) Stago		1,47	0,081	5,5	10	0						10		
(149) Siemens (Dade)		1,61	0,16	10	32	0						32		
(193) HYPHEN BioMed		1,73	0,14	8,0	49	0						49		
Ostatní					5	0						5		
							3x 102, 2x 999							

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 05.06.2019