

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: LMWH1/19 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 24.05.2019

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(103) Nízkomolekulární heparin					12							12	12	100%
Vzorky a skupiny	[IU/mL]													
Vzorek A		0,967	0,088	9,1	12		CVP	0,94	0,022	25%	0,705	1,18	12	12 100%
(193) HYPHEN BioMed		0,990	0,074	7,5	8	0							8	
Ostatní					4	0							4	
							2x 38, 2x 149							
Vzorek B		1,59	0,18	11	12		CVP	1,61	0,049	25%	1,2	2,02	12	12 100%
(193) HYPHEN BioMed		1,67	0,13	7,6	8	0							8	
Ostatní					4	0							4	
							2x 38, 2x 149							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 05.06.2019