

Cyklus EHK: RET1/19 - Retikulocyty mikroskopicky

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(211) Retikulocyty					73							73	67	92%
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		129	26	20	73	CVP	129	7,6	45%	70,9	188	73	69	95%
Všechny výsledky		129	26	20	73	0						73		
Vzorek B		257	55	21	73	CVP	257	16	45%	141	373	73	70	96%
Všechny výsledky		257	55	21	73	0						73		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytlačeno: 30.04.2019