

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: AP2/20 - Antitrombotické přípravky

Stop termín: 18.09.2020

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost									
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}		
Sada 1																
(108) Apixaban														30	29	97%
Vzorky a skupiny		[µg/L]														
Vzorek A1		207	21	10	30	CVP	207	9,4	25%	155	259	30	30	100%		
(38) IL		224	14	6,2	8	0						8				
(63) Sysmex		194	20	10	11	0						11				
(94) Stago		203	9,6	4,8	7	0						7				
Ostatní					4	0						4				
3x 149, 1x 179																
Vzorek B1		406	27	6,5	30	CVP	406	12	25%	304	508	30	29	97%		
(38) IL		429	14	3,3	8	0						8				
(63) Sysmex		398	24	5,9	11	0						11				
(94) Stago		405	18	4,4	7	0						7				
Ostatní					4	0						4				
3x 149, 1x 179																
Sada 2																
(109) Dabigatran														33	30	91%
Vzorky a skupiny		[µg/L]														
Vzorek A2		103	16	16	33	CVP	103	6,9	25%	77,2	129	33	30	91%		
(38) IL		103	12	12	11	0						11				
(63) Sysmex		103	20	19	12	0						12				
(94) Stago		113	12	10	6	0						6				
Ostatní					4	0						4				
3x 149, 1x 179																
Vzorek B2		295	32	11	33	CVP	295	14	25%	221	369	33	33	100%		
(38) IL		292	29	10	11	0						11				
(63) Sysmex		292	33	11	12	0						12				
(94) Stago		316	32	10	6	0						6				
Ostatní					4	0						4				
3x 149, 1x 179																
Sada 3																
(110) Rivaroxaban														36	36	100%
Vzorky a skupiny		[µg/L]														
Vzorek A3		95,5	12	13	36	CVP	95,5	5,1	25%	71,6	120	36	36	100%		
(38) IL		95,7	8,2	8,6	10	0						10				
(63) Sysmex		96,8	12	13	14	0						14				
(94) Stago		81,5	6,7	8,2	7	0						7				
Ostatní					5	0						5				
4x 149, 1x 179																
Vzorek B3		283	28	9,9	36	CVP	283	11	25%	212	354	36	36	100%		
(38) IL		254	9,9	3,9	10	0						10				
(63) Sysmex		301	16	5,3	14	0						14				
(94) Stago		276	14	5,1	7	0						7				
Ostatní					5	0						5				
4x 149, 1x 179																

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 24.09.2020