Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce reagencie)

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: AP2/20 - Antitrombotické přípravky

Stop termín: 18.09.2020

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	Srovnatelnost	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel}
Sada 1															
(108) Apixaban	[µg/L]				30								30	29	97%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A1		207	21	10	30		CVP	207	9,4	25%	155	259	30	30	100%
(38) IL		224	14	6,2	8	0							8		
(94) Stago		207	3,0	1,4	6	0							6		
(193) HYPHEN BioMed		197	22	11	12	0							12		
Ostatní					4	0							4		
							2x 149, 2x 179								
Vzorek B1		406	27	6,5	30		CVP	406	12	25%	304	508	30	29	97%
(38) IL		429	14	3,3	8	0							8		
(94) Stago		405	18	4,4	6	0							6		
(193) HYPHEN BioMed		390	28	7,3	12	0							12		
Ostatní					4	0							4		
							2x 149, 2x 179								
Sada 2															
(109) Dabigatran	[µg/L]				33								33	30	91%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A2		103	16	16	33		CVP	103	6,9	25%	77,2	129	33	30	91%
(38) IL		103	12	12	11	0							11		
(193) HYPHEN BioMed		112	17	15	15	0							15		
Ostatní					7	0							7		
							1x 94, 4x 149, 2x 179								
Vzorek B2		295	32	11	33		CVP	295	14	25%	221	369	33	33	100%
(38) IL		292	29	10	11	0							11		
(193) HYPHEN BioMed		311	27	8,7	15	0							15		
Ostatní					7	0							7		
							1x 94, 4x 149, 2x 179								
Sada 3															
(110) Rivaroxaban	[µg/L]				36								36	36	100%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A3		95,5	12	13	36		CVP	95,5	5,1	25%	71,6	120	36	36	100%
(38) IL		95,7	8,2	8,6	10	0							10		
(94) Stago		81,0	5,9	7,3	6	0							6		
(193) HYPHEN BioMed		102	13	13	15	0							15		
Ostatní					5	0							5		
							2x 149, 3x 179								
Vzorek B3		283	28	9,9	36		CVP	283	11	25%	212	354	36	36	100%
(38) IL		254	9,9	3,9	10	0							10		
(94) Stago		274	11	4,1	6	0							6		
(193) HYPHEN BioMed		300	17	5,5	15	0							15		
Ostatní					5	0							5		
							2x 149, 3x 179								

st_kn_p

Konec sestavy

Vytištěno: 24.09.2020