

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 1**(575) Anti-tyreoglobulin**

A1	Všechny výsledky	3	Negativní	1,7 %
		>>> 178	Pozitivní	98 %
Celkem za vzorek: n = 181		Úspěšnost: 98 %		
B1	Všechny výsledky	>>> 172	Negativní	95 %
		5	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,8 %
		4	Pozitivní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 181		Úspěšnost: 95 %		
Celková úspěšnost: 94 %				

(576) Anti-mikrosomy (TPO)

A1	Všechny výsledky	3	Negativní	1,6 %
		>>> 183	Pozitivní	98 %
Celkem za vzorek: n = 186		Úspěšnost: 98 %		
B1	Všechny výsledky	>>> 181	Negativní	97 %
		1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	0,54 %
		4	Pozitivní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 186		Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

Sada 2**(590) Anti-TSH receptor**

A2	Všechny výsledky	3	Neprůkazný výsledek (hraniční)	3,2 %
		>>> 92	Pozitivní	97 %
Celkem za vzorek: n = 95		Úspěšnost: 97 %		
B2	Všechny výsledky	3	Neprůkazný výsledek (hraniční)	3,2 %
		>>> 92	Pozitivní	97 %
Celkem za vzorek: n = 95		Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 97 %				