

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP3/20 - Stanovení CRP

Stop termín: 21.08.2020

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(100) C-reaktivní protein					268							268	265	99%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		23,4	2,0	8,7	268	CVP	23,4	0,31	24%	17,7	29,1	268	265	99%
(2) Imunoturbidimetrie		23,5	2,0	8,6	243	0						243		
(3) Imunonefelometrie		22,2	1,4	6,1	23	0						23		
Ostatní					2	0						2		
						1x 0, 1x 99								
Vzorek B		35,8	2,5	7,0	268	CVP	35,8	0,38	24%	27,2	44,4	268	265	99%
(2) Imunoturbidimetrie		36,0	2,5	7,0	243	0						243		
(3) Imunonefelometrie		34,7	2,2	6,3	23	0						23		
Ostatní					2	0						2		
						1x 0, 1x 99								

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 25.08.2020