

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP3/20 - Stanovení CRP

Stop termín: 21.08.2020

RoM = robustní průměr SD = směrodatná odchylka CV = variační koeficient Ntot = celkový počet účastníků Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	AV = vztažná hodnota CRV = certifikovaná referenční hodnota RV = referenční hodnota CVE = konsenzus expertů CVP = konsenzus všech účastníků CVPG = konsenzus skupin účastníků U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech LL = dolní mez UL = horní mez Neva = počet hodnocených účastníků Nsuc = počet úspěšných účastníků Srel = relativní úspěšnost
--	---	---

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(100) C-reaktivní protein					53							53	53	100%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		23,1	1,6	7,0	53	CVP	23,4	0,31	24%	17,7	29,1	53	53	100%
(2) Imunoturbidimetrie		23,1	1,7	7,4	48	0						48		
Ostatní					5	0						5		
						1x 0, 4x 3								
Vzorek B		35,4	2,4	6,8	53	CVP	35,8	0,38	24%	27,2	44,4	53	53	100%
(2) Imunoturbidimetrie		35,4	2,5	7,1	48	0						48		
Ostatní					5	0						5		
						1x 0, 4x 3								
st_kn_p														

Konec sestavy

Vytisknuto: 25.08.2020