

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP3/20 - Stanovení CRP

Stop termín: 21.08.2020

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost								
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	
(100) C-reaktivní protein					268							268	265	99%	
Vzorok a skupiny	[mg/L]														
Vzorek A		23,4	2,0	8,7	268	CVP	23,4	0,31	24%	17,7	29,1	268	265	99%	
(1) Abbott		25,1	0,55	2,2	34	0						34			
(12) Beckman Coulter		22,4	1,4	6,3	12	0						12			
(46) Erba Lachema		23,2	1,6	7,0	6	0						6			
(49) BioVendor		24,0	1,8	7,7	6	0						6			
(58) Beckman Coulter (AU)		23,3	0,67	2,9	64	0						64			
(60) Roche		22,1	1,8	8,0	83	0						83			
(149) Siemens (BN, Dimension)		22,9	1,9	8,5	19	0						19			
(178) DiaSys		23,2	2,0	8,5	6	0						6			
(179) Siemens		26,4	1,1	4,3	21	0						21			
Ostatní					17	0						17			
							1x 5, 1x 36, 1x 61, 3x 70, 1x 91, 4x 116, 1x 152, 1x 158, 4x 177								
Vzorek B		35,8	2,5	7,0	268	CVP	35,8	0,38	24%	27,2	44,4	268	265	99%	
(1) Abbott		37,7	0,93	2,5	34	0						34			
(12) Beckman Coulter		35,6	1,9	5,4	12	0						12			
(46) Erba Lachema		35,9	0,93	2,6	6	0						6			
(49) BioVendor		36,2	3,3	9,1	6	0						6			
(58) Beckman Coulter (AU)		36,8	1,3	3,7	64	0						64			
(60) Roche		33,7	2,1	6,2	83	0						83			
(149) Siemens (BN, Dimension)		34,8	2,5	7,3	19	0						19			
(178) DiaSys		35,2	1,3	3,7	6	0						6			
(179) Siemens		38,1	1,5	3,9	21	0						21			
Ostatní					17	0						17			
							1x 5, 1x 36, 1x 61, 3x 70, 1x 91, 4x 116, 1x 152, 1x 158, 4x 177								

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 25.08.2020