

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: CRP4/20 - Stanovení CRP

Stop termín: 04.12.2020

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(100) C-reaktivní protein</b>					169							169	167	99%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
<b>Vzorek A</b>		36,5	2,0	5,4	169	CVP	36,5	0,37	24%	27,7	45,3	169	168	99%
(2) Imunoturbidimetrie		36,6	1,9	5,1	161	0						161		
(3) Imunonefelometrie		33,6	4,6	14	5	0						5		
Ostatní					3	0						3		
						3x 99								
<b>Vzorek B</b>		56,8	4,7	8,3	169	CVP	56,8	0,88	24%	43,1	70,5	169	167	99%
(2) Imunoturbidimetrie		56,7	4,6	8,1	161	0						161		
(3) Imunonefelometrie		55,2	11	20	5	0						5		
Ostatní					3	0						3		
						3x 99								

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 08.12.2020