

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(261) Glukóza				
A	(1) Vizually	>>> 40	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	12 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 284	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	87 %
		1	11,1 - 28 mmol/L	0,31 %
Celkem za vzorek: n = 325		Úspěšnost: 100 %		
B	(1) Vizually	>>> 5	11,1 - 28 mmol/L	1,5 %
		>>> 35	> 28 mmol/L	11 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	2	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	0,62 %
		> 12	2,81 - 11 mmol/L	3,7 %
		>>> 139	11,1 - 28 mmol/L	43 %
		>>> 132	> 28 mmol/L	41 %
Celkem za vzorek: n = 325		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(263) Ketony

A	(1) Vizually	>>> 40	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	12 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 284	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	87 %
		1	3+, 4+	0,31 %
Celkem za vzorek: n = 325		Úspěšnost: 100 %		
B	(1) Vizually	> 8	1+, 2+	2,5 %
		>>> 32	3+, 4+	9,8 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	1	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	0,31 %
		> 89	1+, 2+	27 %
		>>> 195	3+, 4+	60 %
Celkem za vzorek: n = 325		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(264) Celková bílkovina

A	(1) Vizually	>>> 39	Negativní, < 0,3 g/L	12 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 284	Negativní, < 0,3 g/L	88 %
		1	> 2,5 g/L	0,31 %
Celkem za vzorek: n = 324		Úspěšnost: 100 %		
B	(1) Vizually	> 6	0,51 - 2,5 g/L	1,9 %
		>>> 33	> 2,5 g/L	10 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	4	Negativní, < 0,3 g/L	1,2 %
		8	0,3 - 0,5 g/L	2,5 %
		> 53	0,51 - 2,5 g/L	16 %
		>>> 220	> 2,5 g/L	68 %
Celkem za vzorek: n = 324		Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

(266) Urobilinogen

A	(1) Vizually	>>> 39	Negativní, < 17 μmol/L	12 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 284	Negativní, < 17 μmol/L	88 %
		1	1+, 2+	0,31 %
Celkem za vzorek: n = 324		Úspěšnost: 100 %		
B	(1) Vizually	> 4	1+, 2+	1,2 %
		>>> 35	3+, 4+	11 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	2	Negativní, < 17 μmol/L	0,62 %
		> 63	1+, 2+	19 %
		>>> 220	3+, 4+	68 %
Celkem za vzorek: n = 324		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(268) Bilirubin

A	(1) Vizually	>>> 34	Negativní	11 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 283	Negativní	89 %
		1	3+, 4+	0,31 %
Celkem za vzorek: n = 318		Úspěšnost: 100 %		
B	(1) Vizually	>>> 34	3+, 4+	11 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	4	Negativní	1,3 %
		> 29	1+, 2+	9,1 %
		>>> 251	3+, 4+	79 %
Celkem za vzorek: n = 318		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(270) Leukocyty

A	(1) Vizually	>>> 8	Negativní	2,9 %
		1	10 - 50 leu/μL	0,36 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 270	Negativní	96 %
		1	51 - 250 leu/μL	0,36 %
----- Celkem za vzorek: n = 280 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
B	(1) Vizually	>>> 3	51 - 250 leu/μL	1,1 %
		>>> 6	> 250 leu/μL	2,1 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	2	Negativní	0,71 %
		> 24	10 - 50 leu/μL	8,6 %
		>>> 108	51 - 250 leu/μL	39 %
		>>> 137	> 250 leu/μL	49 %
----- Celkem za vzorek: n = 280 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
Celková úspěšnost: 99 %				
(272) Krev				
A	(1) Vizually	>>> 40	Negativní	12 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	1	Neuvedeno	0,31 %
		>>> 278	Negativní	86 %
		5	5 - 12 ery/μL	1,5 %
		1	> 50 ery/μL	0,31 %
----- Celkem za vzorek: n = 325 ----- Úspěšnost: 98 % -----				
B	(1) Vizually	> 1	13 - 50 ery/μL	0,31 %
		>>> 39	> 50 ery/μL	12 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	1	Negativní	0,31 %
		1	5 - 12 ery/μL	0,31 %
		> 24	13 - 50 ery/μL	7,4 %
		>>> 259	> 50 ery/μL	80 %
----- Celkem za vzorek: n = 325 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
Celková úspěšnost: 98 %				
(273) pH				
A	(1) Vizually	>>> 36	5,0	11 %
		> 3	6,0	0,93 %
		1	7,0	0,31 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 239	5,0	74 %
		> 28	5,5	8,7 %
		> 13	6,0	4,0 %
		1	6,5	0,31 %
		2	7,0	0,62 %
----- Celkem za vzorek: n = 323 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
B	(1) Vizually	1	5,0	0,31 %
		> 1	6,0	0,31 %
		> 2	6,5	0,62 %
		>>> 29	7,0	9,0 %
		> 7	7,5	2,2 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	1	5,0	0,31 %
		> 12	6,0	3,7 %
		> 49	6,5	15 %
		>>> 144	7,0	45 %
		> 75	7,5	23 %
		> 2	8,0	0,62 %
----- Celkem za vzorek: n = 323 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
Celková úspěšnost: 99 %				
(274) Nitrity				
A	(1) Vizually	>>> 10	Negativní	3,5 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 274	Negativní	96 %
		1	Pozitivní	0,35 %
----- Celkem za vzorek: n = 285 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
B	(1) Vizually	>>> 10	Pozitivní	3,5 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	2	Negativní	0,70 %
		>>> 273	Pozitivní	96 %
----- Celkem za vzorek: n = 285 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
Celková úspěšnost: 99 %				
(275) hCG				
A	(1) Vizually	>>> 13	Negativní	76 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 4	Negativní	24 %
----- Celkem za vzorek: n = 17 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
B	(1) Vizually	1	Negativní	5,9 %
		>>> 12	Pozitivní	71 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 4	Pozitivní	24 %
----- Celkem za vzorek: n = 17 ----- Úspěšnost: 94 % -----				
Celková úspěšnost: 94 %				

