

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(261) Glukóza</b>				
A	(0) systém neuveden	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,31 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	3,1 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 41	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	13 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,62 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>> 22	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	6,8 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 3	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,92 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 14	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	4,3 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 11	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	3,4 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,62 %
	(211) Roche Miditron Junior II	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,31 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 18	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	5,5 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 7	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	2,2 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 3	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,92 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 6	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	1,8 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 15	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	4,6 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 2	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,62 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 26	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	8,0 %
	(225) Dirui H-series	>>> 12	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	3,7 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 18	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	5,5 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 17	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	5,2 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 45	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	14 %
		1	11,1 - 28 mmol/L	0,31 %
	(998) Manuálně	>>> 37	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	11 %
	(999) jiný systém	>>> 11	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	3,4 %
----- Celkem za vzorek: n = 325 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
B	(0) systém neuveden	>>> 1	> 28 mmol/L	0,31 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 4	11,1 - 28 mmol/L	1,2 %
		>>> 6	> 28 mmol/L	1,8 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 20	11,1 - 28 mmol/L	6,2 %
		>>> 21	> 28 mmol/L	6,5 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	> 28 mmol/L	0,62 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	> 4	2,81 - 11 mmol/L	1,2 %
		>>> 10	11,1 - 28 mmol/L	3,1 %
		>>> 8	> 28 mmol/L	2,5 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 3	> 28 mmol/L	0,92 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 12	11,1 - 28 mmol/L	3,7 %
		>>> 2	> 28 mmol/L	0,62 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 11	> 28 mmol/L	3,4 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,31 %
		>>> 1	> 28 mmol/L	0,31 %
	(211) Roche Miditron Junior II	>>> 1	> 28 mmol/L	0,31 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 18	> 28 mmol/L	5,5 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 4	11,1 - 28 mmol/L	1,2 %
		>>> 3	> 28 mmol/L	0,92 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	> 1	2,81 - 11 mmol/L	0,31 %
		>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,31 %
		>>> 1	> 28 mmol/L	0,31 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 6	> 28 mmol/L	1,8 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 11	11,1 - 28 mmol/L	3,4 %
		>>> 4	> 28 mmol/L	1,2 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 2	> 28 mmol/L	0,62 %
	(223) Iris iChem Velocity	> 2	2,81 - 11 mmol/L	0,62 %
		>>> 14	11,1 - 28 mmol/L	4,3 %
		>>> 10	> 28 mmol/L	3,1 %
	(225) Dirui H-series	> 2	2,81 - 11 mmol/L	0,62 %
		>>> 8	11,1 - 28 mmol/L	2,5 %
		>>> 2	> 28 mmol/L	0,62 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	> 1	2,81 - 11 mmol/L	0,31 %
		>>> 13	11,1 - 28 mmol/L	4,0 %
		>>> 4	> 28 mmol/L	1,2 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	> 1	2,81 - 11 mmol/L	0,31 %
		>>> 16	> 28 mmol/L	4,9 %
	(230) Dirui FUS-series	2	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,62 %
		> 1	2,81 - 11 mmol/L	0,31 %
		>>> 36	11,1 - 28 mmol/L	11 %
		>>> 7	> 28 mmol/L	2,2 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
B	(998) Manuálně	>>> 5	11,1 - 28 mmol/L	1,5 %
		>>> 32	> 28 mmol/L	9,8 %
	(999) jiný systém	>>> 5	11,1 - 28 mmol/L	1,5 %
		>>> 6	> 28 mmol/L	1,8 %
----- Celkem za vzorek: n = 325 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
Celková úspěšnost: 99 %				

**(263) Ketony**

A	(0) systém neuveden	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,31 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	Negativní, <= 0,5 mmol/L	3,1 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 41	Negativní, <= 0,5 mmol/L	13 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,62 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>> 21	Negativní, <= 0,5 mmol/L	6,5 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 3	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,92 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 14	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,3 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 12	Negativní, <= 0,5 mmol/L	3,7 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,62 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 18	Negativní, <= 0,5 mmol/L	5,5 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 7	Negativní, <= 0,5 mmol/L	2,2 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 3	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,92 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 6	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,8 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 15	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,6 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,62 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 26	Negativní, <= 0,5 mmol/L	8,0 %
	(225) Dirui H-series	>>> 13	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,0 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 18	Negativní, <= 0,5 mmol/L	5,5 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 17	Negativní, <= 0,5 mmol/L	5,2 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 44	Negativní, <= 0,5 mmol/L	14 %
		1	3+, 4+	0,31 %
	(998) Manuálně	>>> 38	Negativní, <= 0,5 mmol/L	12 %
	(999) jiný systém	>>> 11	Negativní, <= 0,5 mmol/L	3,4 %
----- Celkem za vzorek: n = 325 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
B	(0) systém neuveden	> 1	1+, 2+	0,31 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	3+, 4+	3,1 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	> 1	1+, 2+	0,31 %
		>>> 40	3+, 4+	12 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	3+, 4+	0,62 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	> 16	1+, 2+	4,9 %
		>>> 5	3+, 4+	1,5 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 3	3+, 4+	0,92 %
	(208) Siemens Clinitek Status	> 1	1+, 2+	0,31 %
		>>> 13	3+, 4+	4,0 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	> 3	1+, 2+	0,92 %
		>>> 9	3+, 4+	2,8 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	> 2	1+, 2+	0,62 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 18	3+, 4+	5,5 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	> 7	1+, 2+	2,2 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	> 1	1+, 2+	0,31 %
		>>> 2	3+, 4+	0,62 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 6	3+, 4+	1,8 %
	(221) Erba Lachema LAURA	> 12	1+, 2+	3,7 %
		>>> 3	3+, 4+	0,92 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 2	3+, 4+	0,62 %
	(223) Iris iChem Velocity	> 2	1+, 2+	0,62 %
		>>> 24	3+, 4+	7,4 %
	(225) Dirui H-series	> 10	1+, 2+	3,1 %
		>>> 3	3+, 4+	0,92 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	> 10	1+, 2+	3,1 %
		>>> 8	3+, 4+	2,5 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	> 14	1+, 2+	4,3 %
		>>> 3	3+, 4+	0,92 %
	(230) Dirui FUS-series	1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,31 %
		> 6	1+, 2+	1,8 %
		>>> 38	3+, 4+	12 %
	(998) Manuálně	> 7	1+, 2+	2,2 %
		>>> 31	3+, 4+	9,5 %
	(999) jiný systém	> 4	1+, 2+	1,2 %
		>>> 7	3+, 4+	2,2 %
----- Celkem za vzorek: n = 325 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 100 %				

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(264) Celková bílkovina</b>					
A	(0)	systém neuveden	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/L	0,31 %
	(201)	Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	Negativní, < 0,3 g/L	3,1 %
	(202)	Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 41	Negativní, < 0,3 g/L	13 %
	(203)	Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,62 %
	(204)	Siemens Clinitek Novus	>>> 21	Negativní, < 0,3 g/L	6,5 %
	(205)	Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 3	Negativní, < 0,3 g/L	0,93 %
	(208)	Siemens Clinitek Status	>>> 14	Negativní, < 0,3 g/L	4,3 %
	(209)	77 Elektronika LabUreader	>>> 12	Negativní, < 0,3 g/L	3,7 %
	(210)	Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,62 %
	(215)	Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 18	Negativní, < 0,3 g/L	5,6 %
	(216)	Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 7	Negativní, < 0,3 g/L	2,2 %
	(218)	YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 3	Negativní, < 0,3 g/L	0,93 %
	(219)	Roche Urisys 2400	>>> 6	Negativní, < 0,3 g/L	1,9 %
	(221)	Erba Lachema LAURA	>>> 15	Negativní, < 0,3 g/L	4,6 %
	(222)	Roche Urisys 1100	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,62 %
	(223)	Iris iChem Velocity	>>> 26	Negativní, < 0,3 g/L	8,0 %
	(225)	Dirui H-series	>>> 12	Negativní, < 0,3 g/L	3,7 %
	(228)	Siemens Clinitek Advantus	>>> 18	Negativní, < 0,3 g/L	5,6 %
	(229)	77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 17	Negativní, < 0,3 g/L	5,2 %
	(230)	Dirui FUS-series	>>> 45	Negativní, < 0,3 g/L	14 %
			1	> 2,5 g/L	0,31 %
	(998)	Manuálně	>>> 37	Negativní, < 0,3 g/L	11 %
	(999)	jiný systém	>>> 11	Negativní, < 0,3 g/L	3,4 %
----- Celkem za vzorek: n = 324 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
B	(0)	systém neuveden	>>> 1	> 2,5 g/L	0,31 %
	(201)	Arkray Aution JET / Eleven	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,31 %
			>>> 9	> 2,5 g/L	2,8 %
	(202)	Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	> 3	0,51 - 2,5 g/L	0,93 %
			>>> 38	> 2,5 g/L	12 %
	(203)	Arkray Aution MINI	>>> 2	> 2,5 g/L	0,62 %
	(204)	Siemens Clinitek Novus	> 7	0,51 - 2,5 g/L	2,2 %
			>>> 14	> 2,5 g/L	4,3 %
	(205)	Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 3	> 2,5 g/L	0,93 %
	(208)	Siemens Clinitek Status	>>> 14	> 2,5 g/L	4,3 %
	(209)	77 Elektronika LabUreader	2	Negativní, < 0,3 g/L	0,62 %
			1	0,3 - 0,5 g/L	0,31 %
			> 6	0,51 - 2,5 g/L	1,9 %
			>>> 3	> 2,5 g/L	0,93 %
	(210)	Erba Lachema UriPHAN	> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,62 %
	(215)	Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 18	> 2,5 g/L	5,6 %
	(216)	Sysmex UC-1000, UC-3500	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,31 %
			>>> 6	> 2,5 g/L	1,9 %
	(218)	YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 3	> 2,5 g/L	0,93 %
	(219)	Roche Urisys 2400	>>> 6	> 2,5 g/L	1,9 %
	(221)	Erba Lachema LAURA	> 6	0,51 - 2,5 g/L	1,9 %
			>>> 9	> 2,5 g/L	2,8 %
	(222)	Roche Urisys 1100	>>> 2	> 2,5 g/L	0,62 %
	(223)	Iris iChem Velocity	> 14	0,51 - 2,5 g/L	4,3 %
			>>> 12	> 2,5 g/L	3,7 %
	(225)	Dirui H-series	> 3	0,51 - 2,5 g/L	0,93 %
			>>> 9	> 2,5 g/L	2,8 %
	(228)	Siemens Clinitek Advantus	>>> 18	> 2,5 g/L	5,6 %
	(229)	77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	1	Negativní, < 0,3 g/L	0,31 %
			7	0,3 - 0,5 g/L	2,2 %
			> 7	0,51 - 2,5 g/L	2,2 %
			>>> 2	> 2,5 g/L	0,62 %
	(230)	Dirui FUS-series	1	Negativní, < 0,3 g/L	0,31 %
			> 4	0,51 - 2,5 g/L	1,2 %
			>>> 41	> 2,5 g/L	13 %
	(998)	Manuálně	> 5	0,51 - 2,5 g/L	1,5 %
			>>> 32	> 2,5 g/L	9,9 %
	(999)	jiný systém	>>> 11	> 2,5 g/L	3,4 %
----- Celkem za vzorek: n = 324 ----- Úspěšnost: 96 % -----					
Celková úspěšnost: 96 %					

**(266) Urobilinogen**

A	(0)	systém neuveden	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,31 %
	(201)	Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	Negativní, < 17 µmol/L	3,1 %
	(202)	Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 41	Negativní, < 17 µmol/L	13 %
	(203)	Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,62 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A	(204) Siemens Clinitek Novus	>>> 21	Negativní, < 17 µmol/L	6,5 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 3	Negativní, < 17 µmol/L	0,93 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 14	Negativní, < 17 µmol/L	4,3 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 12	Negativní, < 17 µmol/L	3,7 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,62 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 18	Negativní, < 17 µmol/L	5,6 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 7	Negativní, < 17 µmol/L	2,2 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 3	Negativní, < 17 µmol/L	0,93 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 6	Negativní, < 17 µmol/L	1,9 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 15	Negativní, < 17 µmol/L	4,6 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,62 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 26	Negativní, < 17 µmol/L	8,0 %
	(225) Dirui H-series	>>> 12	Negativní, < 17 µmol/L	3,7 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 18	Negativní, < 17 µmol/L	5,6 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 17	Negativní, < 17 µmol/L	5,2 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 45	Negativní, < 17 µmol/L	14 %
		1	1+, 2+	0,31 %
	(998) Manuálně	>>> 37	Negativní, < 17 µmol/L	11 %
	(999) jiný systém	>>> 11	Negativní, < 17 µmol/L	3,4 %
Celkem za vzorek: n = 324		Úspěšnost: 100 %		
B	(0) systém neuveden	>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	3+, 4+	3,1 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	> 1	1+, 2+	0,31 %
		>>> 40	3+, 4+	12 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	3+, 4+	0,62 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	1	Negativní, < 17 µmol/L	0,31 %
		> 15	1+, 2+	4,6 %
		>>> 5	3+, 4+	1,5 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 3	3+, 4+	0,93 %
	(208) Siemens Clinitek Status	> 1	1+, 2+	0,31 %
		>>> 13	3+, 4+	4,0 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	> 1	1+, 2+	0,31 %
		>>> 11	3+, 4+	3,4 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	> 1	1+, 2+	0,31 %
		>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 18	3+, 4+	5,6 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	> 5	1+, 2+	1,5 %
		>>> 2	3+, 4+	0,62 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 3	3+, 4+	0,93 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 6	3+, 4+	1,9 %
	(221) Erba Lachema LAURA	> 7	1+, 2+	2,2 %
		>>> 8	3+, 4+	2,5 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 2	3+, 4+	0,62 %
	(223) Iris iChem Velocity	> 19	1+, 2+	5,9 %
		>>> 7	3+, 4+	2,2 %
	(225) Dirui H-series	>>> 12	3+, 4+	3,7 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 18	3+, 4+	5,6 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 17	3+, 4+	5,2 %
	(230) Dirui FUS-series	1	Negativní, < 17 µmol/L	0,31 %
		> 13	1+, 2+	4,0 %
		>>> 32	3+, 4+	9,9 %
	(998) Manuálně	> 4	1+, 2+	1,2 %
		>>> 33	3+, 4+	10 %
	(999) jiný systém	>>> 11	3+, 4+	3,4 %
Celkem za vzorek: n = 324		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

**(268) Bilirubin**

A	(0) systém neuveden	>>> 1	Negativní	0,31 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	Negativní	3,1 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 41	Negativní	13 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní	0,63 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>> 21	Negativní	6,6 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 3	Negativní	0,94 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 14	Negativní	4,4 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 12	Negativní	3,8 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní	0,63 %
	(211) Roche Mditron Junior II	>>> 1	Negativní	0,31 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 18	Negativní	5,7 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 6	Negativní	1,9 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 3	Negativní	0,94 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 6	Negativní	1,9 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 15	Negativní	4,7 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 2	Negativní	0,63 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 26	Negativní	8,2 %
	(225) Dirui H-series	>>> 13	Negativní	4,1 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 18	Negativní	5,7 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 17	Negativní	5,3 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 44	Negativní	14 %
		1	3+, 4+	0,31 %
	(998) Manuálně	>>> 31	Negativní	9,7 %
	(999) jiný systém	>>> 11	Negativní	3,5 %
Celkem za vzorek: n = 318		Úspěšnost: 100 %		
B	(0) systém neuveden	>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	3+, 4+	3,1 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 41	3+, 4+	13 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>> 21	3+, 4+	6,6 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 3	3+, 4+	0,94 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 14	3+, 4+	4,4 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	> 2	1+, 2+	0,63 %
		>>> 10	3+, 4+	3,1 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(211) Roche Miditron Junior II	>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 18	3+, 4+	5,7 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 6	3+, 4+	1,9 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	> 1	1+, 2+	0,31 %
		>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 6	3+, 4+	1,9 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 15	3+, 4+	4,7 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(223) Iris iChem Velocity	2	Negativní	0,63 %
		> 23	1+, 2+	7,2 %
		>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(225) Dirui H-series	>>> 13	3+, 4+	4,1 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	> 1	1+, 2+	0,31 %
		>>> 17	3+, 4+	5,3 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	1	Negativní	0,31 %
		> 1	1+, 2+	0,31 %
		>>> 15	3+, 4+	4,7 %
	(230) Dirui FUS-series	1	Negativní	0,31 %
		> 1	1+, 2+	0,31 %
		>>> 43	3+, 4+	14 %
	(998) Manuálně	>>> 31	3+, 4+	9,7 %
	(999) jiný systém	>>> 11	3+, 4+	3,5 %
Celkem za vzorek: n = 318		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

**(270) Leukocyty**

A	(0) systém neuveden	>>> 1	Negativní	0,36 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	Negativní	3,6 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 41	Negativní	15 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní	0,71 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>> 20	Negativní	7,1 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 3	Negativní	1,1 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 14	Negativní	5,0 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 12	Negativní	4,3 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní	0,71 %
	(211) Roche Miditron Junior II	>>> 1	Negativní	0,36 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 18	Negativní	6,4 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 7	Negativní	2,5 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 2	Negativní	0,71 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 6	Negativní	2,1 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 10	Negativní	3,6 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 2	Negativní	0,71 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 23	Negativní	8,2 %
	(225) Dirui H-series	>>> 12	Negativní	4,3 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 18	Negativní	6,4 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 17	Negativní	6,1 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 42	Negativní	15 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A	(230) Dirui FUS-series	1	51 - 250 leu/μL	0,36 %
	(998) Manuálně	>>>	6 Negativní	2,1 %
	(999) jiný systém	>>>	9 Negativní	3,2 %
		1	10 - 50 leu/μL	0,36 %
Celkem za vzorek: n = 280		Úspěšnost: 99 %		
B	(0) systém neuveden	>>>	1 51 - 250 leu/μL	0,36 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>>	10 > 250 leu/μL	3,6 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>	1 10 - 50 leu/μL	0,36 %
		>>>	7 51 - 250 leu/μL	2,5 %
		>>>	33 > 250 leu/μL	12 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>>	2 > 250 leu/μL	0,71 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>	1 10 - 50 leu/μL	0,36 %
		>>>	11 51 - 250 leu/μL	3,9 %
		>>>	8 > 250 leu/μL	2,9 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>>	1 51 - 250 leu/μL	0,36 %
		>>>	2 > 250 leu/μL	0,71 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>>	2 51 - 250 leu/μL	0,71 %
		>>>	12 > 250 leu/μL	4,3 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>	3 10 - 50 leu/μL	1,1 %
		>>>	3 51 - 250 leu/μL	1,1 %
		>>>	6 > 250 leu/μL	2,1 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>>	1 51 - 250 leu/μL	0,36 %
		>>>	1 > 250 leu/μL	0,36 %
	(211) Roche Miditron Junior II	>	1 10 - 50 leu/μL	0,36 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>	1 10 - 50 leu/μL	0,36 %
		>>>	5 51 - 250 leu/μL	1,8 %
		>>>	12 > 250 leu/μL	4,3 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>	4 10 - 50 leu/μL	1,4 %
		>>>	3 51 - 250 leu/μL	1,1 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>	1 10 - 50 leu/μL	0,36 %
		>>>	1 51 - 250 leu/μL	0,36 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>>	3 51 - 250 leu/μL	1,1 %
		>>>	3 > 250 leu/μL	1,1 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>>	1 51 - 250 leu/μL	0,36 %
		>>>	9 > 250 leu/μL	3,2 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	1 51 - 250 leu/μL	0,36 %
		>>>	1 > 250 leu/μL	0,36 %
	(223) Iris iChem Velocity	>	6 10 - 50 leu/μL	2,1 %
		>>>	17 51 - 250 leu/μL	6,1 %
	(225) Dirui H-series	>	1 10 - 50 leu/μL	0,36 %
		>>>	11 51 - 250 leu/μL	3,9 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>>	14 51 - 250 leu/μL	5,0 %
		>>>	4 > 250 leu/μL	1,4 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2		1 Negativní	0,36 %
		>	1 10 - 50 leu/μL	0,36 %
		>>>	11 51 - 250 leu/μL	3,9 %
		>>>	4 > 250 leu/μL	1,4 %
	(230) Dirui FUS-series		1 Negativní	0,36 %
		>	3 10 - 50 leu/μL	1,1 %
		>>>	14 51 - 250 leu/μL	5,0 %
		>>>	25 > 250 leu/μL	8,9 %
	(998) Manuálně	>>>	1 51 - 250 leu/μL	0,36 %
		>>>	5 > 250 leu/μL	1,8 %
	(999) jiný systém	>	1 10 - 50 leu/μL	0,36 %
		>>>	3 51 - 250 leu/μL	1,1 %
		>>>	6 > 250 leu/μL	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 280		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

**(272) Krev**

A	(0) systém neuveden	>>>	1 Negativní	0,31 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>>	10 Negativní	3,1 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>>	40 Negativní	12 %
			1 5 - 12 ery/μL	0,31 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>>	2 Negativní	0,62 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>>	21 Negativní	6,5 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>>	3 Negativní	0,92 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>>	14 Negativní	4,3 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>>	12 Negativní	3,7 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>>	3 Negativní	0,92 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>>	18 Negativní	5,5 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>>	7 Negativní	2,2 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>>	1 Neuvedeno	0,31 %
		>>>	2 Negativní	0,62 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>>	6 Negativní	1,8 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>>	15 Negativní	4,6 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	2 Negativní	0,62 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>>	22 Negativní	6,8 %
			3 5 - 12 ery/ $\mu$ L	0,92 %
	(225) Dirui H-series	>>>	12 Negativní	3,7 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>>	18 Negativní	5,5 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>>	17 Negativní	5,2 %
	(230) Dirui FUS-series	>>>	45 Negativní	14 %
			1 > 50 ery/ $\mu$ L	0,31 %
	(998) Manuálně	>>>	38 Negativní	12 %
	(999) jiný systém	>>>	10 Negativní	3,1 %
			1 5 - 12 ery/ $\mu$ L	0,31 %
Celkem za vzorek: n = 325		Úspěšnost: 98 %		
B	(0) systém neuveden	>>>	1 > 50 ery/ $\mu$ L	0,31 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>	1 13 - 50 ery/ $\mu$ L	0,31 %
		>>>	9 > 50 ery/ $\mu$ L	2,8 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>	7 13 - 50 ery/ $\mu$ L	2,2 %
		>>>	34 > 50 ery/ $\mu$ L	10 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>>	2 > 50 ery/ $\mu$ L	0,62 %
	(204) Siemens Clinitek Novus		1 5 - 12 ery/ $\mu$ L	0,31 %
		>	6 13 - 50 ery/ $\mu$ L	1,8 %
		>>>	14 > 50 ery/ $\mu$ L	4,3 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>>	3 > 50 ery/ $\mu$ L	0,92 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>	1 13 - 50 ery/ $\mu$ L	0,31 %
		>>>	13 > 50 ery/ $\mu$ L	4,0 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>	1 13 - 50 ery/ $\mu$ L	0,31 %
		>>>	11 > 50 ery/ $\mu$ L	3,4 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>>	3 > 50 ery/ $\mu$ L	0,92 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>>	18 > 50 ery/ $\mu$ L	5,5 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>>	7 > 50 ery/ $\mu$ L	2,2 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>>	3 > 50 ery/ $\mu$ L	0,92 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>>	6 > 50 ery/ $\mu$ L	1,8 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>>	15 > 50 ery/ $\mu$ L	4,6 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	2 > 50 ery/ $\mu$ L	0,62 %
	(223) Iris iChem Velocity	>	1 13 - 50 ery/ $\mu$ L	0,31 %
		>>>	24 > 50 ery/ $\mu$ L	7,4 %
	(225) Dirui H-series	>	1 13 - 50 ery/ $\mu$ L	0,31 %
		>>>	11 > 50 ery/ $\mu$ L	3,4 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>>	18 > 50 ery/ $\mu$ L	5,5 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>>	17 > 50 ery/ $\mu$ L	5,2 %
	(230) Dirui FUS-series		1 Negativní	0,31 %
		>	6 13 - 50 ery/ $\mu$ L	1,8 %
		>>>	39 > 50 ery/ $\mu$ L	12 %
	(998) Manuálně	>	1 13 - 50 ery/ $\mu$ L	0,31 %
		>>>	37 > 50 ery/ $\mu$ L	11 %
(999) jiný systém	>>>	11 > 50 ery/ $\mu$ L	3,4 %	
Celkem za vzorek: n = 325		Úspěšnost: 99 %		

Celková úspěšnost: 98 %

**(273) pH**

A	(0) systém neuveden	>	1 6,0	0,31 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>>	8 5,0	2,5 %
		>	2 5,5	0,62 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>>	39 5,0	12 %
		>	1 5,5	0,31 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>>	2 5,0	0,62 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>>	20 5,0	6,2 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>>	3 5,0	0,93 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>>	5 5,0	1,5 %
		>	9 5,5	2,8 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>>	12 5,0	3,7 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>>	1 5,0	0,31 %
		>	1 6,0	0,31 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>>	17 5,0	5,3 %
			1 7,0	0,31 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>>	7 5,0	2,2 %
(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>>	3 5,0	0,93 %	

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A	(219) Roche Urisys 2400	>>>	6 5,0	1,9 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>>	13 5,0	4,0 %
		>	1 6,0	0,31 %
			1 6,5	0,31 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	2 5,0	0,62 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>>	25 5,0	7,7 %
		>	1 6,0	0,31 %
	(225) Dirui H-series	>>>	11 5,0	3,4 %
		>	1 6,0	0,31 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>>	4 5,0	1,2 %
		>	10 5,5	3,1 %
		>	4 6,0	1,2 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>>	16 5,0	5,0 %
		>	1 5,5	0,31 %
	(230) Dirui FUS-series	>>>	40 5,0	12 %
		>	5 5,5	1,5 %
			1 7,0	0,31 %
	(998) Manuálně	>>>	36 5,0	11 %
		>	1 6,0	0,31 %
			1 7,0	0,31 %
(999) jiný systém	>>>	5 5,0	1,5 %	
	>	6 6,0	1,9 %	
----- Celkem za vzorek: n = 323 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
B	(0) systém neuveden	>>>	1 7,0	0,31 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>>	1 7,0	0,31 %
		>	9 7,5	2,8 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>>	2 7,0	0,62 %
		>	38 7,5	12 %
	(203) Arkray Aution MINI	>	2 7,5	0,62 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>>	20 7,0	6,2 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>>	3 7,0	0,93 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>	1 6,5	0,31 %
		>>>	10 7,0	3,1 %
		>	3 7,5	0,93 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>	3 6,0	0,93 %
		>	7 6,5	2,2 %
		>>>	1 7,0	0,31 %
		>	1 7,5	0,31 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>	1 6,0	0,31 %
		>>>	1 7,0	0,31 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>>	18 7,0	5,6 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>>	1 7,0	0,31 %
		>	6 7,5	1,9 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>	3 6,5	0,93 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>>	6 7,0	1,9 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>>	13 7,0	4,0 %
		>	2 8,0	0,62 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	2 7,0	0,62 %
	(223) Iris iChem Velocity	>	19 6,5	5,9 %
		>>>	7 7,0	2,2 %
	(225) Dirui H-series	>	6 6,0	1,9 %
		>	2 6,5	0,62 %
		>>>	3 7,0	0,93 %
		>	1 7,5	0,31 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>>	5 7,0	1,5 %
		>	13 7,5	4,0 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>	2 6,0	0,62 %
		>	15 6,5	4,6 %
	(230) Dirui FUS-series		1 5,0	0,31 %
		>	1 6,0	0,31 %
		>>>	42 7,0	13 %
		>	2 7,5	0,62 %
	(998) Manuálně		1 5,0	0,31 %
	>	2 6,5	0,62 %	
	>>>	29 7,0	9,0 %	
	>	6 7,5	1,9 %	
(999) jiný systém	>	2 6,5	0,62 %	
	>>>	8 7,0	2,5 %	
	>	1 7,5	0,31 %	
----- Celkem za vzorek: n = 323 ----- Úspěšnost: 99 % -----				

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
Celková úspěšnost: 99 %				
<b>(274) Nitrity</b>				
A	(0) systém neuveden	>>> 1	Negativní	0,35 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	Negativní	3,5 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 41	Negativní	14 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní	0,70 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>> 20	Negativní	7,0 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 3	Negativní	1,1 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 14	Negativní	4,9 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 12	Negativní	4,2 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní	0,70 %
	(211) Roche Miditron Junior II	>>> 1	Negativní	0,35 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 18	Negativní	6,3 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 7	Negativní	2,5 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 2	Negativní	0,70 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 6	Negativní	2,1 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 10	Negativní	3,5 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 1	Negativní	0,35 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 26	Negativní	9,1 %
	(225) Dirui H-series	>>> 12	Negativní	4,2 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 18	Negativní	6,3 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 16	Negativní	5,6 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 44	Negativní	15 %
		1	Pozitivní	0,35 %
	(998) Manuálně	>>> 7	Negativní	2,5 %
	(999) jiný systém	>>> 11	Negativní	3,9 %
Celkem za vzorek: n = 285		Úspěšnost: 100 %		
B	(0) systém neuveden	>>> 1	Pozitivní	0,35 %
	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 10	Pozitivní	3,5 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 41	Pozitivní	14 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Pozitivní	0,70 %
	(204) Siemens Clinitek Novus	>>> 20	Pozitivní	7,0 %
	(205) Roche cobas u 601 (cobas 6500)	>>> 3	Pozitivní	1,1 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 14	Pozitivní	4,9 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 12	Pozitivní	4,2 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Pozitivní	0,70 %
	(211) Roche Miditron Junior II	>>> 1	Pozitivní	0,35 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 18	Pozitivní	6,3 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 7	Pozitivní	2,5 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 2	Pozitivní	0,70 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 6	Pozitivní	2,1 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 10	Pozitivní	3,5 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 1	Pozitivní	0,35 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 26	Pozitivní	9,1 %
	(225) Dirui H-series	>>> 12	Pozitivní	4,2 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 18	Pozitivní	6,3 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 16	Pozitivní	5,6 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 43	Pozitivní	15 %
		2	Negativní	0,70 %
	(998) Manuálně	>>> 7	Pozitivní	2,5 %
	(999) jiný systém	>>> 11	Pozitivní	3,9 %
Celkem za vzorek: n = 285		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				
<b>(275) hCG</b>				
A	(0) systém neuveden	>>> 1	Negativní	5,9 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 2	Negativní	12 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>> 1	Negativní	5,9 %
	(998) Manuálně	>>> 11	Negativní	65 %
	(999) jiný systém	>>> 2	Negativní	12 %
Celkem za vzorek: n = 17		Úspěšnost: 100 %		
B	(0) systém neuveden	>>> 1	Pozitivní	5,9 %
	(208) Siemens Clinitek Status	>>> 2	Pozitivní	12 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>> 1	Pozitivní	5,9 %
	(998) Manuálně	>>> 11	Pozitivní	65 %
	(999) jiný systém	>>> 1	Negativní	5,9 %
		>>> 1	Pozitivní	5,9 %
Celkem za vzorek: n = 17		Úspěšnost: 94 %		
Celková úspěšnost: 94 %				