



## Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: princip měření, výrobce reagentů)

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: E13/20 - Endokrinologie 1

Stop termín: 04.08.2020

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Návaznost																
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>	
<b>(125) T3 volný</b>					13							13	13	100%							0		
Vzorky a skupiny	[pmol/L]																						
<b>Vzorek A</b>		7,64	1,1	14	13							13	13	100%							0		
Ostatní					13	0						13											
							4x 4/1, 4x 4/12, 4x 4/60, 1x 4/149																
<b>Vzorek B</b>		14,2	2,7	19	13							13	13	100%							0		
Ostatní					13	0						13											
							4x 4/1, 4x 4/12, 4x 4/60, 1x 4/149																
<b>(200) Feritin</b>					13							11	6	55%							0		
Vzorky a skupiny	[µg/L]																						
<b>Vzorek A</b>		187	37	20	13							11	11	100%							0		
Ostatní					13	0						11											
							3x 4/1, 1x 4/12, 3x 4/60, 1x 4/149, 1x 6/1, 2x 6/58, 1x 6/60, 1x 6/177																
<b>Vzorek B</b>		45,9	16	36	13							11	6	55%							0		
Ostatní					13	0						11											
							3x 4/1, 1x 4/12, 3x 4/60, 1x 4/149, 1x 6/1, 2x 6/58, 1x 6/60, 1x 6/177																
<b>(301) Kortizol</b>					6							6	6	100%							6	6	100%
Vzorky a skupiny	[nmol/L]																						
<b>Vzorek A</b>		424	42	9,9	6							6	6	100%	CRV	479,6	4,8	22%	374	586	6	6	100%
Ostatní					6	0						6									6		
							1x 4/1, 3x 4/12, 2x 4/29									1x 4/1, 3x 4/12, 2x 4/29							
<b>Vzorek B</b>		325	23	7,2	6							6	6	100%	CRV	355,5	4,2	22%	277	434	6	6	100%
Ostatní					6	0						6									6		
							1x 4/1, 3x 4/12, 2x 4/29									1x 4/1, 3x 4/12, 2x 4/29							
<b>(302) Estradiol</b>					8							7	7	100%							8	8	100%
Vzorky a skupiny	[pmol/L]																						
<b>Vzorek A</b>		398	19	4,7	8							7	7	100%	CRV	394,2	4,1	30%	275	513	8	8	100%
Ostatní					8	0						7									8		
							1x 4/1, 3x 4/12, 3x 4/60, 1x 4/149									1x 4/1, 3x 4/12, 3x 4/60, 1x 4/149							
<b>Vzorek B</b>		231	22	9,6	8							7	7	100%	CRV	229,2	2,3	30%	160	298	8	8	100%
Ostatní					8	0						7									8		
							1x 4/1, 3x 4/12, 3x 4/60, 1x 4/149									1x 4/1, 3x 4/12, 3x 4/60, 1x 4/149							
<b>(303) Aldosteron</b>					4							3	2	67%							0		
Vzorky a skupiny	[nmol/L]																						
<b>Vzorek A</b>		0,478	0,18	38	4							3	2	67%							0		
Ostatní					4	0						3											
							1x 2/66, 3x 4/164																
<b>Vzorek B</b>		0,475	0,22	45	4							3	2	67%							0		
Ostatní					4	0						3											
							1x 2/66, 3x 4/164																
<b>(304) Progesteron</b>					9							8	7	88%							9	7	78%
Vzorky a skupiny	[nmol/L]																						
<b>Vzorek A</b>		17,7	2,4	13	9							8	7	88%	CRV	19,47	0,19	26%	14,4	24,6	9	8	89%
Ostatní					9	0						8									9		
							2x 4/1, 4x 4/12, 1x 4/29, 1x 4/60, 1x 4/149									2x 4/1, 4x 4/12, 1x 4/29, 1x 4/60, 1x 4/149							
<b>Vzorek B</b>		5,65	0,51	9,1	9							8	7	88%	CRV	5,11	0,050	26%	3,78	6,44	9	7	78%
Ostatní					9	0						8									9		
							2x 4/1, 4x 4/12, 1x 4/29, 1x 4/60, 1x 4/149									2x 4/1, 4x 4/12, 1x 4/29, 1x 4/60, 1x 4/149							

## Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: princip měření, výrobce reagentie)

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: E13/20 - Endokrinologie 1

Stop termín: 04.08.2020

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Návaznost																
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>	
<b>(305) Testosteron</b>	[nmol/L]				9							9	7	78%							9	7	78%
Vzorky a skupiny																							
<b>Vzorek A</b>		32,0	5,6	17	9						9	8	89%	CRV	31,06	0,37	30%	21,7	40,4	9	8	89%	
Ostatní					9	0					9										9		
							1x 4/1, 3x 4/12, 2x 4/29, 3x 4/60								1x 4/1, 3x 4/12, 2x 4/29, 3x 4/60								
<b>Vzorek B</b>		46,2	6,5	14	9						9	8	89%	CRV	45,37	0,45	30%	31,7	59	9	8	89%	
Ostatní					9	0					9										9		
							1x 4/1, 3x 4/12, 2x 4/29, 3x 4/60								1x 4/1, 3x 4/12, 2x 4/29, 3x 4/60								
<b>(306) 17-OH-progesteron</b>	[nmol/L]				2						1	1	100%								2	1	50%
Vzorky a skupiny																							
<b>Vzorek A</b>		4,91	0,60	12	2						1	1	100%	CRV	2,225	0,022 ± 2,645	0	4,87		2	1	50%	
Ostatní					2	0					1										2		
							1x 2/66, 1x 2/999								1x 2/66, 1x 2/999								
<b>Vzorek B</b>		11,3	1,6	14	2						1	1	100%	CRV	11,64	0,18	44%	6,51	16,8	2	2	100%	
Ostatní					2	0					1										2		
							1x 2/66, 1x 2/999								1x 2/66, 1x 2/999								
<b>(307) DHEA-sulfát</b>	[µmol/L]				4						4	4	100%								0		
Vzorky a skupiny																							
<b>Vzorek A</b>		17,4	4,7	27	4						4	4	100%								0		
Ostatní					4	0					4												
							2x 4/12, 1x 4/29, 1x 4/60																
<b>Vzorek B</b>		6,89	1,9	28	4						4	4	100%								0		
Ostatní					4	0					4												
							2x 4/12, 1x 4/29, 1x 4/60																

st\_kn\_np

Konec sestavy

Vytiskeno: 17.08.2020