

Cyklus EHK: HR2/20 - Hormonální receptory

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(1076) ER pozice 1	Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 61	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				
(1077) ER pozice 2	Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 61	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				
(1078) ER pozice 3	Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 61	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				
(1079) ER pozice 4	Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 61	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				
(1080) ER pozice 5	Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 61	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				
(1081) ER pozice 6	Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 61	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				
(1082) ER pozice 7	Skla EHK	Všechny výsledky	2	Negativní	3,3 %
			>>> 59	Pozitivní	97 %
	Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 97 %		
	Celková úspěšnost: 97 %				
(1083) ER pozice 8	Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 60	Negativní	98 %
			1	Pozitivní	1,6 %
	Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 98 %		
	Celková úspěšnost: 98 %				
(1084) ER pozice 9	Skla EHK	Všechny výsledky	1	Negativní	1,6 %
			>>> 60	Pozitivní	98 %
	Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 98 %		
	Celková úspěšnost: 98 %				
(1085) ER pozice 10	Skla EHK	Všechny výsledky	1	Negativní	1,6 %
			>>> 60	Pozitivní	98 %
	Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 98 %		
	Celková úspěšnost: 98 %				
(1096) PgR pozice 1	Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 61	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				
(1097) PgR pozice 2	Skla EHK	Všechny výsledky	10	Negativní	16 %
			>>> 51	Pozitivní	84 %
	Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 84 %		
	Celková úspěšnost: 84 %				
(1098) PgR pozice 3	Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 61	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				
(1099) PgR pozice 4	Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 61	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 100 %		

Cyklus EHK: HR2/20 - Hormonální receptory

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Celková úspěšnost: 100 %				
(1100) PgR pozice 5				
Skla EHK	Všechny výsledky	1	Negativní	1,6 %
		>>> 60	Pozitivní	98 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
(1101) PgR pozice 6				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 61	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1102) PgR pozice 7				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 61	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1103) PgR pozice 8				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 58	Negativní	95 %
		3	Pozitivní	4,9 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 95 %		
Celková úspěšnost: 95 %				
(1104) PgR pozice 9				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 61	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1105) PgR pozice 10				
Skla EHK	Všechny výsledky	± 36	Negativní	59 %
		± 25	Pozitivní	41 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

st_kl

Konec sestavy

Vytlačeno: 09.09.2020