Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

(Skupiny: výrobce reagencie)

Cyklus EHK: HS2/20 - Hemokoagulace speciální

Stop termín: 29.10.2020

Legenda:
>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek
> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek
± ... označuje nehodnocený výsledek
N ... počet výsledků
Nrel ... relativní počet výsledků

Zkouška

Vzorek	Skupina		N	Výsledek	N_{rel}
Sada 3					
(488) APC - rezistence					
A3	(38) IL	>>>	10	Negativní	17 %
	(51) Technoclone	>>>	2	Negativní	3,4 %
	(94) Stago	>>>	4	Negativní	6,8 %
	(102) Chromogenix	>>>	2	Negativní	3,4 %
	(149) Siemens (BN, Dimension)	>>>	10	Negativní	17 %
	(159) Grifols	>>>	1	Negativní	1,7 %
	(179) Siemens	>>>	6	Negativní	10 %
	(192) Pentapharm	>>>	23	Negativní	39 %
	(193) HYPHEN BioMed	>>>	1	Negativní	1,7 %
Celkem za vzorek: n = 59 - Úspěšnost: 100 % -					

Celková úspěšnost: 100 %

st_kl — Konec sestavy — Vytištěno: 05.11.2020