Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: princip měření)

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: HS2/20 - Hemokoagulace speciální

Stop termín: 29.10.2020

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	Srovnatelnost	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel}
Sada 1															
(479) Faktor VIII	[%]				30								30	27	90%
Vzorky a skupiny -															
Vzorek A1		25,0	3,0	12	30		CVP	24,3	0,72	25%	18,2	30,4	30	27	90%
(1) Koagulační stanovení		24,9	2,6	11	25	0							25		
(4) Chromogenní substráty		25,3	4,0	16	5	0							5		
(480) von Willebrandův f. (aktivita)	[%]				4								4	4	100%
Vzorky a skupiny -															
Vzorek A1		53,4	7,8	15	4		CVP	51,5	2,3	30%	36	67	4	4	100%
Ostatní					4	0							4		
						4x 0									
(481) von Willebrandův f. (antigen)	[%]				6								6	6	100%
Vzorky a skupiny -															
Vzorek A1		59,0	3,5	5,9	6		CVP	61	1,9	20%	48,8	73,2	6	6	100%
(0) Neuvedeno		59,0	3,5	5,9	6	0							6		
Sada 2															
(482) Faktor IX	[%]				11								11	11	100%
Vzorky a skupiny -															
Vzorek A2		70,7	8,7	12	11		CVP	73,3	3,2	25%	54,9	91,7	11	11	100%
(1) Koagulační stanovení		70,7	8,7	12	11	0							11		
(483) Faktor XI	[%]				8								8	7	88%
Vzorky a skupiny -															
Vzorek A2		74,6	12	16	8		CVP	75,2	3,8	25%	56,4	94	8	7	88%
(1) Koagulační stanovení		74,6	12	16	8	0							8		
(484) Faktor XII	[%]				8								8	6	75%
Vzorky a skupiny -															
Vzorek A2		6,30	9,3	150	8		CVP	1,37	0,71	asym.	0	6,4	8	6	75%
(1) Koagulační stanovení		6,30	9,3	150	8	0							8		
Sada 3															
(485) Protein C	[%]				16								16	16	100%
Vzorky a skupiny -															
Vzorek A3		119	5,3	4,4	16		CVP	122	1,5	20%	97,6	147	16	16	100%
(2) Chromogenní substráty		119	5,6	4,7	15	0							15		
Ostatní					1	0							1		
						1x 1									
(486) Protein S	[%]				15								15	15	100%
Vzorky a skupiny -															
Vzorek A3		106	13	12	15		CVP	105	2,6	30%	73,5	137	15	15	100%
(1) Koagulační stanovení		112	15	14	9	0							9		
(3) ELISA, LIA, EID		101	3,2	3,1	6	0							6		
(487) ProC Global (norm. poměr)	[-]				10								10	10	100%
Vzorky a skupiny -															
Vzorek A3		0,985	0,088	9,0	10		CVP	0,963	0,038	25%	0,722	1,21	10	10	100%
(1) Koagulační stanovení		0,985	0,088	9,0	10	0							10		
Sada 4															
(491) Faktor II	[%]				11								11	10	91%
Vzorky a skupiny -															
Vzorek A4		40,3	3,8	9,3	11		CVP	41	2,2	25%	30,7	51,3	11	10	91%
(1) Koagulační stanovení		40,3	3,8	9,3	11	0							11		
(492) Faktor V	[%]				12								12	12	100%
Vzorky a skupiny -															
Vzorek A4		84,1	9,4	11	12		CVP	82,7	2,8	25%	62	104	12	12	100%
(1) Koagulační stanovení		84,1	9,4	11	12	0							12		
(493) Faktor VII	[%]				13								13	11	85%
Vzorky a skupiny -															
Vzorek A4		58,2	7,9	14	13		CVP	59,6	2,9	25%	44,7	74,5	13	11	85%
(1) Koagulační stanovení		58,2	7,9	14	13	0							13		

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: princip měření)

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: HS2/20 - Hemokoagulace speciální

Stop termín: 29.10.2020

Zkouška	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	Srovnatelnost	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel}
(494) Faktor X	[%]				10								10	9	90%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A4		23,5	2,0	8,6	10		CVP	22,9	1,1	25%	17,1	28,7	10	9	90%
(1) Koagulační stanovení		23,5	2,0	8,6	10	0							10		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytištěno: 05.11.2020