

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(601) A1 exprese HER-2/neu	Sklo	Všechny výsledky	>>> 31	Negativní (0)	67 %
			> 13	Negativní (1+)	28 %
			2	Slabě pozitivní (2+)	4,3 %
	Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 96 %		
	Celková úspěšnost: 96 %				
(602) A2 exprese HER-2/neu	Sklo	Všechny výsledky	> 1	Slabě pozitivní (2+)	2,2 %
			>>> 45	Silně pozitivní (3+)	98 %
	Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				
(603) A3 exprese HER-2/neu	Sklo	Všechny výsledky	± 10	Negativní (0)	22 %
			± 21	Negativní (1+)	46 %
			± 15	Slabě pozitivní (2+)	33 %
	Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(606) B1 exprese HER-2/neu	Sklo	Všechny výsledky	>>> 39	Negativní (0)	85 %
			> 7	Negativní (1+)	15 %
	Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				
(607) B2 exprese HER-2/neu	Sklo	Všechny výsledky	± 1	Negativní (0)	2,2 %
			± 17	Negativní (1+)	37 %
			± 28	Slabě pozitivní (2+)	61 %
	Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(608) B3 exprese HER-2/neu	Sklo	Všechny výsledky	>>> 38	Negativní (0)	83 %
			> 8	Negativní (1+)	17 %
	Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				
(611) C1 exprese HER-2/neu	Sklo	Všechny výsledky	1	Negativní (0)	2,2 %
			2	Negativní (1+)	4,3 %
			>>> 43	Slabě pozitivní (2+)	93 %
	Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 93 %		
	Celková úspěšnost: 93 %				
(612) C2 exprese HER-2/neu	Sklo	Všechny výsledky	± 3	Negativní (0)	6,5 %
			± 25	Negativní (1+)	54 %
			± 18	Slabě pozitivní (2+)	39 %
	Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(613) C3 exprese HER-2/neu	Sklo	Všechny výsledky	2	Negativní (0)	4,3 %
			10	Negativní (1+)	22 %
			>>> 34	Slabě pozitivní (2+)	74 %
	Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 74 %		
	Celková úspěšnost: 74 %				
(616) D1 exprese HER-2/neu	Sklo	Všechny výsledky	>>> 46	Silně pozitivní (3+)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				
(617) D2 exprese HER-2/neu	Sklo	Všechny výsledky	>>> 37	Negativní (0)	80 %
			> 8	Negativní (1+)	17 %
			1	Slabě pozitivní (2+)	2,2 %
	Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 98 %		
	Celková úspěšnost: 98 %				
(618) D3 exprese HER-2/neu	Sklo	Všechny výsledky	>>> 44	Negativní (0)	96 %
			> 2	Negativní (1+)	4,3 %
	Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Celková úspěšnost: 100 %				
(621) E1 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	± 2	Negativní (0)	4,3 %
		± 12	Negativní (1+)	26 %
		± 32	Slabě pozitivní (2+)	70 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(622) E2 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 38	Negativní (0)	83 %
		> 8	Negativní (1+)	17 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(623) E3 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 46	Silně pozitivní (3+)	100 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(651) A1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	2	0 bodů	4,3 %
		> 1	12 bodů	2,2 %
		>>> 43	15 bodů	93 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				
(652) A2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	1	0 bodů	2,2 %
		> 10	12 bodů	22 %
		>>> 1	13 bodů	2,2 %
		>>> 3	14 bodů	6,5 %
		>>> 31	15 bodů	67 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
(656) B1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	1	0 bodů	2,2 %
		>>> 45	15 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
(658) B3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	2	0 bodů	4,3 %
		> 1	12 bodů	2,2 %
		>>> 1	13 bodů	2,2 %
		>>> 42	15 bodů	91 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				
(661) C1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	4	0 bodů	8,7 %
		> 9	9 bodů	20 %
		> 1	11 bodů	2,2 %
		> 1	12 bodů	2,2 %
		>>> 31	15 bodů	67 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 91 %		
Celková úspěšnost: 91 %				
(663) C3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	5	0 bodů	11 %
		> 15	9 bodů	33 %
		> 2	11 bodů	4,3 %
		>>> 24	15 bodů	52 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 89 %		
Celková úspěšnost: 89 %				
(666) D1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	1	0 bodů	2,2 %
		> 6	12 bodů	13 %
		>>> 39	15 bodů	85 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
(667) D2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	1	0 bodů	2,2 %
		>>> 45	15 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 98 %		

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Celková úspěšnost: 98 %

(668) D3 barvení vzorku

Sklo	Všechny výsledky	N	Výsledek	N _{rel}
		1	0 bodů	2,2 %
		>>> 45	15 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 46			Úspěšnost: 98 %	

Celková úspěšnost: 98 %

(672) E2 barvení vzorku

Sklo	Všechny výsledky	N	Výsledek	N _{rel}
		1	0 bodů	2,2 %
		>>> 45	15 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 46			Úspěšnost: 98 %	

Celková úspěšnost: 98 %

(673) E3 barvení vzorku

Sklo	Všechny výsledky	N	Výsledek	N _{rel}
		1	0 bodů	2,2 %
		>	1 12 bodů	2,2 %
		>>> 44	15 bodů	96 %
Celkem za vzorek: n = 46			Úspěšnost: 98 %	

Celková úspěšnost: 98 %

(681) VKK

Sklo	Všechny výsledky	N	Výsledek	N _{rel}
		1	0 bodů	2,2 %
		7	3 body	15 %
		> 11	6 bodů	24 %
		>	1 7 bodů	2,2 %
		>>> 1	8 bodů	2,2 %
		>>> 25	9 bodů	54 %
Celkem za vzorek: n = 46			Úspěšnost: 83 %	

Celková úspěšnost: 83 %