

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(601) A1 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	>>>	8	Negativní (0)	80 %
		>	1	Negativní (1+)	10 %
			1	Slabě pozitivní (2+)	10 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost: 90 %			
Celková úspěšnost: 90 %					
(602) A2 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	>>>	10	Silně pozitivní (3+)	100 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(603) A3 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	±	3	Negativní (0)	30 %
		±	4	Negativní (1+)	40 %
		±	3	Slabě pozitivní (2+)	30 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
(606) B1 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	>>>	7	Negativní (0)	70 %
		>	3	Negativní (1+)	30 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(607) B2 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	±	5	Negativní (1+)	50 %
		±	5	Slabě pozitivní (2+)	50 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
(608) B3 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	>>>	8	Negativní (0)	80 %
		>	2	Negativní (1+)	20 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(611) C1 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky		1	Negativní (1+)	10 %
		>>>	9	Slabě pozitivní (2+)	90 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost: 90 %			
Celková úspěšnost: 90 %					
(612) C2 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	±	8	Negativní (1+)	80 %
		±	2	Slabě pozitivní (2+)	20 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
(613) C3 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky		1	Negativní (0)	10 %
			3	Negativní (1+)	30 %
		>>>	6	Slabě pozitivní (2+)	60 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost: 60 %			
Celková úspěšnost: 60 %					
(616) D1 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	>>>	10	Silně pozitivní (3+)	100 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(617) D2 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	>>>	9	Negativní (0)	90 %
			1	Slabě pozitivní (2+)	10 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost: 90 %			
Celková úspěšnost: 90 %					
(618) D3 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	>>>	9	Negativní (0)	90 %
		>	1	Negativní (1+)	10 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
(621) E1 exprese HER-2/neu					
Sklo	Všechny výsledky	±	1	Negativní (0)	10 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Sklo	Všechny výsledky	± 3	Negativní (1+)	30 %
		± 6	Slabě pozitivní (2+)	60 %
		Celkem za vzorek: n = 10 ----- Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit -----		
(622) E2 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 7	Negativní (0)	70 %
		> 3	Negativní (1+)	30 %
		Celkem za vzorek: n = 10 ----- Úspěšnost: 100 % -----		
Celková úspěšnost: 100 %				
(623) E3 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 10	Silně pozitivní (3+)	100 %
		Celkem za vzorek: n = 10 ----- Úspěšnost: 100 % -----		
Celková úspěšnost: 100 %				
(651) A1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 10	15 bodů	100 %
		Celkem za vzorek: n = 10 ----- Úspěšnost: 100 % -----		
Celková úspěšnost: 100 %				
(652) A2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	> 3	12 bodů	30 %
		>>> 7	15 bodů	70 %
		Celkem za vzorek: n = 10 ----- Úspěšnost: 100 % -----		
Celková úspěšnost: 100 %				
(656) B1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 10	15 bodů	100 %
		Celkem za vzorek: n = 10 ----- Úspěšnost: 100 % -----		
Celková úspěšnost: 100 %				
(658) B3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 10	15 bodů	100 %
		Celkem za vzorek: n = 10 ----- Úspěšnost: 100 % -----		
Celková úspěšnost: 100 %				
(661) C1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	2	0 bodů	20 %
		> 2	9 bodů	20 %
		>>> 6	15 bodů	60 %
Celkem za vzorek: n = 10 ----- Úspěšnost: 80 % -----				
Celková úspěšnost: 80 %				
(663) C3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	2	0 bodů	20 %
		> 3	9 bodů	30 %
		> 1	11 bodů	10 %
		>>> 4	15 bodů	40 %
Celkem za vzorek: n = 10 ----- Úspěšnost: 80 % -----				
Celková úspěšnost: 80 %				
(666) D1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	> 1	12 bodů	10 %
		>>> 9	15 bodů	90 %
Celkem za vzorek: n = 10 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 100 %				
(667) D2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 10	15 bodů	100 %
		Celkem za vzorek: n = 10 ----- Úspěšnost: 100 % -----		
Celková úspěšnost: 100 %				
(668) D3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 10	15 bodů	100 %
		Celkem za vzorek: n = 10 ----- Úspěšnost: 100 % -----		
Celková úspěšnost: 100 %				
(672) E2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 10	15 bodů	100 %
		Celkem za vzorek: n = 10 ----- Úspěšnost: 100 % -----		
Celková úspěšnost: 100 %				
(673) E3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 10	15 bodů	100 %
		Celkem za vzorek: n = 10 ----- Úspěšnost: 100 % -----		
Celková úspěšnost: 100 %				

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(681) VKK				
Sklo	Všechny výsledky	3	3 body	30 %
		>	2 6 bodů	20 %
		>>>	5 9 bodů	50 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost: 70 %		
Celková úspěšnost: 70 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 09.12.2020