

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce reagentie)

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: KD3/20 - Glykovaný hemoglobin

Stop termín: 28.08.2020

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška [jednotka]	Srovnatelnost						Návaznost																
	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}		AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	
(220) Hemoglobin A1c Vzorky a skupiny [mmol/mol]				170								0									170	169	99%
Vzorek A	40,4	2,1	5,3	170								0		CRV	40,8	1,7	14%	35	46,6	170	169	99%	
(14) Bio-Rad	41,5	1,4	3,3	44	0																44		
(25) TOSOH	41,1	1,2	2,9	62	0																62		
(60) Roche	41,2	2,7	6,4	9	0																9		
(150) Arkray	38,0	1,1	2,8	46	0																46		
Ostatní				9	0																9		
Vzorek B	51,0	2,6	5,2	170								0		CRV	51,2	1,2	14%	44	58,4	170	169	99%	
(14) Bio-Rad	53,0	1,6	3,0	44	0																44		
(25) TOSOH	51,3	1,2	2,4	62	0																62		
(60) Roche	52,3	3,0	5,6	9	0																9		
(150) Arkray	48,1	1,3	2,7	46	0																46		
Ostatní				9	0																9		

2x 1, 3x 34, 1x 58, 1x 75, 1x 149, 1x 196

st_kn_np

Konec sestavy

Vytisknuto: 07.09.2020