Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: systém)

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: RC2/20 - Retikulocyty na analyzátoru

Stop termín: 25.09.2020

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
Ntot = celkový počet účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota
CRV = certifikovaná referenční hodnota
RV = referenční hodnota
CVE = konsenzus expertů
CVP = konsenzus všech účastníků
CVPG = konsenzus skupin účastníků
U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
LL = dolní mez
UL = horní mez
Neva = počet hodnocených účastníků
Nsuc = počet úspěšných účastníků
Srel = relativní úspěšnost

Zkouška	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	Srovnatelnost	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel}
(213) Retikulocyty	[·10(exp9)/L]				47								47	47	100%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		97,3	17	18	47		CVP	101	2,5	45%	55,5	147	47	47	100%
(749) Sysmex XE, XS, XT series		115	14	12	11	0							11		
(771) MINDRAY BC 6xxx series		85,8	3,8	4,4	21	0							21		
(772) Sysmex XN series		103	6,6	6,4	6	0							6		
Ostatní					9	0							9		
							4x 737, 1x 765, 4x 773								
Vzorek B		196	31	16	47		CVP	199	4,5	45%	109	289	47	47	100%
(749) Sysmex XE, XS, XT series		231	35	15	11	0							11		
(771) MINDRAY BC 6xxx series		175	6,8	3,9	21	0							21		
(772) Sysmex XN series		204	7,8	3,8	6	0							6		
Ostatní					9	0							9		
							4x 737, 1x 765, 4x 773								