

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(451) AMA</b>					
A	Všechny výsledky	>>>	52	Negativní	98 %
			1	Pozitivní	1,9 %
	Celkem za vzorek: n = 53	Úspěšnost: 98 %			
B	Všechny výsledky	>>>	53	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 53	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 98 %					
<b>(456) AMA-M2</b>					
A	Všechny výsledky	>>>	62	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 62	Úspěšnost: 100 %			
B	Všechny výsledky	>>>	62	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 62	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(454) anti-gp210</b>					
A	Všechny výsledky	>>>	45	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 45	Úspěšnost: 100 %			
B	Všechny výsledky	>>>	44	Negativní	98 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,2 %
	Celkem za vzorek: n = 45	Úspěšnost: 98 %			
Celková úspěšnost: 98 %					
<b>(457) anti-LC-1</b>					
A	Všechny výsledky	>>>	56	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 56	Úspěšnost: 100 %			
B	Všechny výsledky	>>>	55	Negativní	98 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,8 %
	Celkem za vzorek: n = 56	Úspěšnost: 98 %			
Celková úspěšnost: 98 %					
<b>(452) anti-LKM</b>					
A	Všechny výsledky	>>>	43	Negativní	98 %
			1	Pozitivní	2,3 %
	Celkem za vzorek: n = 44	Úspěšnost: 98 %			
B	Všechny výsledky	>>>	40	Negativní	9,1 %
			4	Pozitivní	91 %
	Celkem za vzorek: n = 44	Úspěšnost: 91 %			
Celková úspěšnost: 91 %					
<b>(455) anti-LKM1</b>					
A	Všechny výsledky	>>>	61	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 61	Úspěšnost: 100 %			
B	Všechny výsledky	>>>	60	Negativní	1,6 %
			1	Pozitivní	98 %
	Celkem za vzorek: n = 61	Úspěšnost: 98 %			
Celková úspěšnost: 98 %					
<b>(458) anti-SLA</b>					
A	Všechny výsledky	>>>	60	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 60	Úspěšnost: 100 %			
B	Všechny výsledky	>>>	55	Negativní	92 %
			5	Neprůkazný výsledek (hraniční)	8,3 %
	Celkem za vzorek: n = 60	Úspěšnost: 92 %			
Celková úspěšnost: 92 %					
<b>(459) anti-sp100</b>					
A	Všechny výsledky	>>>	46	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 46	Úspěšnost: 100 %			
B	Všechny výsledky	>>>	46	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 46	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(453) SMA</b>					
A	Všechny výsledky	>>>	54	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 54	Úspěšnost: 100 %			
B	Všechny výsledky	>>>	53	Negativní	98 %
			1	Pozitivní	1,9 %
	Celkem za vzorek: n = 54	Úspěšnost: 98 %			
Celková úspěšnost: 98 %					