

Cyklus EHK: AIH2/21 - Autoimunitní hepatopatie

Stop termín: 22.10.2021

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(451) AMA					
A	(52)	Dynex	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(87)	Euroimmun	>>> 26	Negativní	49 %
			1	Pozitivní	1,9 %
	(115)	BioSystems	>>> 7	Negativní	13 %
	(142)	Immco Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(148)	Aesku.lab Diagnostika	>>> 2	Negativní	3,8 %
	(211)	INOVA Diagnostics	>>> 14	Negativní	26 %
	(999)	jiný výrobce	>>> 1	Negativní	1,9 %
	Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost: 98 %		
B	(52)	Dynex	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(87)	Euroimmun	>>> 27	Negativní	51 %
	(115)	BioSystems	>>> 7	Negativní	13 %
	(142)	Immco Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(148)	Aesku.lab Diagnostika	>>> 2	Negativní	3,8 %
	(211)	INOVA Diagnostics	>>> 14	Negativní	26 %
	(999)	jiný výrobce	>>> 1	Negativní	1,9 %
	Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %					
(456) AMA-M2					
A	(2)	GA Generic Assays	>>> 4	Negativní	6,5 %
	(49)	BioVendor	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(52)	Dynex	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(66)	DRG	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(87)	Euroimmun	>>> 29	Negativní	47 %
	(135)	OrgenTec	>>> 7	Negativní	11 %
	(148)	Aesku.lab Diagnostika	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(166)	Thermo Fisher	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(191)	D-tek	>>> 14	Negativní	23 %
	(999)	jiný výrobce	>>> 3	Negativní	4,8 %
	Celkem za vzorek: n = 62		Úspěšnost: 100 %		
B	(2)	GA Generic Assays	>>> 4	Negativní	6,5 %
	(49)	BioVendor	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(52)	Dynex	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(66)	DRG	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(87)	Euroimmun	>>> 29	Negativní	47 %
	(135)	OrgenTec	>>> 7	Negativní	11 %
	(148)	Aesku.lab Diagnostika	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(166)	Thermo Fisher	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(191)	D-tek	>>> 14	Negativní	23 %
	(999)	jiný výrobce	>>> 3	Negativní	4,8 %
	Celkem za vzorek: n = 62		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
(454) anti-gp210					
A	(2)	GA Generic Assays	>>> 4	Negativní	8,9 %
	(49)	BioVendor	>>> 1	Negativní	2,2 %
	(66)	DRG	>>> 1	Negativní	2,2 %
	(87)	Euroimmun	>>> 25	Negativní	56 %
	(135)	OrgenTec	>>> 3	Negativní	6,7 %
	(191)	D-tek	>>> 9	Negativní	20 %
	(999)	jiný výrobce	>>> 2	Negativní	4,4 %
	Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
B	(2)	GA Generic Assays	>>> 4	Negativní	8,9 %
	(49)	BioVendor	>>> 1	Negativní	2,2 %
	(66)	DRG	>>> 1	Negativní	2,2 %
	(87)	Euroimmun	>>> 24	Negativní	53 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,2 %
	(135)	OrgenTec	>>> 3	Negativní	6,7 %
	(191)	D-tek	>>> 9	Negativní	20 %
	(999)	jiný výrobce	>>> 2	Negativní	4,4 %
	Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %					
(457) anti-LC-1					
A	(2)	GA Generic Assays	>>> 4	Negativní	7,1 %

Cyklus EHK: AIH2/21 - Autoimunitní hepatopatie

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
A	(49) BioVendor	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(66) DRG	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(87) Euroimmun	>>>	29 Negativní	52 %
	(135) OrgenTec	>>>	2 Negativní	3,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2 Negativní	3,6 %
	(191) D-tek	>>>	15 Negativní	27 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní	3,6 %
	Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 100 %	
B	(2) GA Generic Assays	>>>	4 Negativní	7,1 %
	(49) BioVendor	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(66) DRG	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(87) Euroimmun	>>>	28 Negativní	50 %
			1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,8 %
	(135) OrgenTec	>>>	2 Negativní	3,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2 Negativní	3,6 %
	(191) D-tek	>>>	15 Negativní	27 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní	3,6 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(452) anti-LKM

A	(87) Euroimmun	>>>	21 Negativní	48 %
			1 Pozitivní	2,3 %
	(115) BioSystems	>>>	7 Negativní	16 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1 Negativní	2,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	13 Negativní	30 %
	(998) vlastní výroba	>>>	1 Negativní	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 98 %		
B	(87) Euroimmun	>>>	2 Negativní	4,5 %
		>>>	20 Pozitivní	45 %
	(115) BioSystems	>>>	7 Pozitivní	16 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1 Pozitivní	2,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1 Negativní	2,3 %
		>>>	12 Pozitivní	27 %
(998) vlastní výroba	>>>	1 Negativní	2,3 %	
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 91 %		
Celková úspěšnost: 91 %				

(455) anti-LKM1

A	(2) GA Generic Assays	>>>	4 Negativní	6,6 %
	(49) BioVendor	>>>	1 Negativní	1,6 %
	(66) DRG	>>>	1 Negativní	1,6 %
	(87) Euroimmun	>>>	29 Negativní	48 %
	(135) OrgenTec	>>>	7 Negativní	11 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	3 Negativní	4,9 %
	(191) D-tek	>>>	13 Negativní	21 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Negativní	4,9 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 100 %		
B	(2) GA Generic Assays	>>>	4 Pozitivní	6,6 %
	(49) BioVendor	>>>	1 Pozitivní	1,6 %
	(66) DRG	>>>	1 Pozitivní	1,6 %
	(87) Euroimmun	>>>	29 Pozitivní	48 %
	(135) OrgenTec	>>>	7 Pozitivní	11 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	3 Pozitivní	4,9 %
	(191) D-tek	>>>	13 Pozitivní	21 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Negativní	1,6 %
		>>>	2 Pozitivní	3,3 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(458) anti-SLA

A	(2) GA Generic Assays	>>>	4 Negativní	6,7 %
	(49) BioVendor	>>>	1 Negativní	1,7 %
	(52) Dynex	>>>	1 Negativní	1,7 %
	(66) DRG	>>>	1 Negativní	1,7 %
	(87) Euroimmun	>>>	29 Negativní	48 %
	(135) OrgenTec	>>>	4 Negativní	6,7 %
	(147) AIDA	>>>	1 Negativní	1,7 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2 Negativní	3,3 %
	(191) D-tek	>>>	15 Negativní	25 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	3,3 %
Celkem za vzorek: n = 60		Úspěšnost: 100 %		
B	(2) GA Generic Assays	>>> 4	Negativní	6,7 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Negativní	1,7 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	1,7 %
	(66) DRG	>>> 1	Negativní	1,7 %
	(87) Euroimmun	>>> 24	Negativní	40 %
		5	Neprůkazný výsledek (hraniční)	8,3 %
	(135) OrgenTec	>>> 4	Negativní	6,7 %
	(147) AIDA	>>> 1	Negativní	1,7 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 2	Negativní	3,3 %
	(191) D-tek	>>> 15	Negativní	25 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	3,3 %
Celkem za vzorek: n = 60		Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %				

(459) anti-sp100

A	(2) GA Generic Assays	>>> 4	Negativní	8,7 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Negativní	2,2 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	2,2 %
	(66) DRG	>>> 1	Negativní	2,2 %
	(87) Euroimmun	>>> 25	Negativní	54 %
	(135) OrgenTec	>>> 3	Negativní	6,5 %
	(191) D-tek	>>> 9	Negativní	20 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
B	(2) GA Generic Assays	>>> 4	Negativní	8,7 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Negativní	2,2 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	2,2 %
	(66) DRG	>>> 1	Negativní	2,2 %
	(87) Euroimmun	>>> 25	Negativní	54 %
	(135) OrgenTec	>>> 3	Negativní	6,5 %
	(191) D-tek	>>> 9	Negativní	20 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(453) SMA

A	(87) Euroimmun	>>> 28	Negativní	52 %
	(115) BioSystems	>>> 6	Negativní	11 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(191) D-tek	>>> 2	Negativní	3,7 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 15	Negativní	28 %
	(998) vlastní výroba	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 54		Úspěšnost: 100 %		
B	(87) Euroimmun	>>> 27	Negativní	50 %
		1	Pozitivní	1,9 %
	(115) BioSystems	>>> 6	Negativní	11 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(191) D-tek	>>> 2	Negativní	3,7 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 15	Negativní	28 %
	(998) vlastní výroba	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 54		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				