

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(451) AMA					
A	Všechny výsledky	>>>	9	Negativní	90 %
			1	Pozitivní	10 %
	Celkem za vzorek: n = 10			Úspěšnost: 90 %	
B	Všechny výsledky	>>>	10	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 10			Úspěšnost: 100 %	
	Celková úspěšnost: 90 %				
(456) AMA-M2					
A	Všechny výsledky	>>>	12	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12			Úspěšnost: 100 %	
B	Všechny výsledky	>>>	12	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12			Úspěšnost: 100 %	
	Celková úspěšnost: 100 %				
(454) anti-gp210					
A	Všechny výsledky	>>>	7	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 7			Úspěšnost: 100 %	
B	Všechny výsledky	>>>	7	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 7			Úspěšnost: 100 %	
	Celková úspěšnost: 100 %				
(457) anti-LC-1					
A	Všechny výsledky	>>>	10	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 10			Úspěšnost: 100 %	
B	Všechny výsledky	>>>	9	Negativní	90 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	10 %
	Celkem za vzorek: n = 10			Úspěšnost: 90 %	
	Celková úspěšnost: 90 %				
(452) anti-LKM					
A	Všechny výsledky	>>>	7	Negativní	88 %
			1	Pozitivní	13 %
	Celkem za vzorek: n = 8			Úspěšnost: 88 %	
B	Všechny výsledky	>>>	6	Pozitivní	75 %
			2	Negativní	25 %
	Celkem za vzorek: n = 8			Úspěšnost: 75 %	
	Celková úspěšnost: 75 %				
(455) anti-LKM1					
A	Všechny výsledky	>>>	11	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 11			Úspěšnost: 100 %	
B	Všechny výsledky	>>>	11	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 11			Úspěšnost: 100 %	
	Celková úspěšnost: 100 %				
(458) anti-SLA					
A	Všechny výsledky	>>>	12	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12			Úspěšnost: 100 %	
B	Všechny výsledky	>>>	10	Negativní	83 %
			2	Neprůkazný výsledek (hraniční)	17 %
	Celkem za vzorek: n = 12			Úspěšnost: 83 %	
	Celková úspěšnost: 83 %				
(459) anti-sp100					
A	Všechny výsledky	>>>	8	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 8			Úspěšnost: 100 %	
B	Všechny výsledky	>>>	8	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 8			Úspěšnost: 100 %	
	Celková úspěšnost: 100 %				
(453) SMA					
A	Všechny výsledky	>>>	9	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 9			Úspěšnost: 100 %	
B	Všechny výsledky	>>>	9	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 9			Úspěšnost: 100 %	
	Celková úspěšnost: 100 %				