

Cyklus EHK: AIM2/21 - Autoimunita

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 1

(560) ANA screening (jádro buňky) - průkaz

A1	Všechny výsledky	>>>	78	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 78		Úspěšnost: 100 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	77	Negativní	99 %
			1	Pozitivní	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 78		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 99 %					

(572) ANA screening (jádro buňky) - semikvan.

A1	Všechny výsledky	±	2	titr 40	3,0 %
		±	2	titr 320	3,0 %
		±	12	titr 640	18 %
		±	30	titr 1280	45 %
		±	21	titr 2560	31 %
Celkem za vzorek: n = 67		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
B1	Všechny výsledky	±	1	Neuveдено	1,5 %
		±	47	titr 0 (neměřitelný)	70 %
		±	16	titr 40	24 %
		±	3	titr 80	4,5 %
Celkem za vzorek: n = 67		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			

(561) ANA - typ fluorescence jádra

A1	Všechny výsledky	>>>	65	Hrubě nebo jemně zrnitý	93 %
			3	Hrubě nebo jemně zrnitý; Nukleární matrix	4,3 %
			2	Nukleární matrix	2,9 %
Celkem za vzorek: n = 70		Úspěšnost: 93 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	69	Žádná fluorescence	99 %
			1	Hrubě nebo jemně zrnitý	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 70		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 91 %					

(563) ANA screening (cytoplazma) - průkaz

A1	Všechny výsledky	>>>	60	Negativní	87 %
		>	1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,4 %
		>	8	Pozitivní	12 %
Celkem za vzorek: n = 69		Úspěšnost: 100 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	69	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 69		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(573) ANA screening (cytoplazma) - semikvan.

A1	Všechny výsledky	±	36	titr 0 (neměřitelný)	59 %
		±	16	titr 40	26 %
		±	4	titr 80	6,6 %
		±	3	titr 160	4,9 %
		±	1	titr 320	1,6 %
		±	1	titr 640	1,6 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
B1	Všechny výsledky	±	43	titr 0 (neměřitelný)	70 %
		±	15	titr 40	25 %
		±	3	titr 80	4,9 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			

(564) ANA - typ fluorescence cytoplazmy

A1	Všechny výsledky	>>>	59	Žádná fluorescence	87 %
		>	5	Jemně zrnitá cytoplazma	7,4 %
		>	4	Difúzní cytoplazmatický obraz	5,9 %
Celkem za vzorek: n = 68		Úspěšnost: 100 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	68	Žádná fluorescence	100 %
Celkem za vzorek: n = 68		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

Cyklus EHK: AIM2/21 - Autoimunita

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Sada 2				
(565) ANCA imunofluorescence - průkaz				
A2	Všechny výsledky	>>> 65	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost: 100 %		
B2	Všechny výsledky	1	Negativní	1,5 %
		1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,5 %
		>>> 63	Pozitivní	97 %
Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 97 %				
(574) ANCA IF (etanol) - semikvantita				
A2	Všechny výsledky	± 5	titr 20	9,4 %
		± 3	titr 40	5,7 %
		± 12	titr 80	23 %
		± 12	titr 160	23 %
		± 9	titr 320	17 %
		± 9	titr 640	17 %
		± 1	titr 1280	1,9 %
		± 2	titr 2560	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B2	Všechny výsledky	± 5	titr 20	9,4 %
		± 2	titr 40	3,8 %
		± 7	titr 80	13 %
		± 17	titr 160	32 %
		± 14	titr 320	26 %
		± 6	titr 640	11 %
		± 2	titr 1280	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(578) ANCA IF (formalín) - semikvantita				
A2	Všechny výsledky	± 4	titr 20	8,0 %
		± 6	titr 40	12 %
		± 7	titr 80	14 %
		± 17	titr 160	34 %
		± 9	titr 320	18 %
		± 4	titr 640	8,0 %
		± 1	titr 1280	2,0 %
		± 2	titr 2560	4,0 %
Celkem za vzorek: n = 50		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B2	Všechny výsledky	± 3	titr 20	6,0 %
		± 4	titr 80	8,0 %
		± 16	titr 160	32 %
		± 19	titr 320	38 %
		± 7	titr 640	14 %
		± 1	titr 1280	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 50		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(566) ANCA - typ fluorescence				
A2	Všechny výsledky	>>> 50	pANCA (perinukleární)	81 %
		>>> 11	pANCA (perinukleární); ANA	18 %
		1	ANA	1,6 %
Celkem za vzorek: n = 62		Úspěšnost: 98 %		
B2	Všechny výsledky	1	Žádná fluorescence	1,6 %
		2	pANCA (perinukleární)	3,2 %
		>>> 59	cANCA (cytoplazmatická)	95 %
Celkem za vzorek: n = 62		Úspěšnost: 95 %		
Celková úspěšnost: 94 %				
(569) anti-myeloperoxidáza				
A2	Všechny výsledky	1	Negativní	1,4 %
		>>> 71	Pozitivní	99 %
Celkem za vzorek: n = 72		Úspěšnost: 99 %		
B2	Všechny výsledky	>>> 71	Negativní	99 %
		1	Pozitivní	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 72		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				
(570) anti-proteináza III				
A2	Všechny výsledky	>>> 71	Negativní	99 %
		1	Pozitivní	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 72		Úspěšnost: 99 %		
B2	Všechny výsledky	3	Negativní	4,2 %
		>>> 69	Pozitivní	96 %
Celkem za vzorek: n = 72		Úspěšnost: 96 %		

Cyklus EHK: AIM2/21 - Autoimunita

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Celková úspěšnost: 96 %				
Sada 3				
(580) Anti-ENA/SS-A/Ro-60				
A3	Všechny výsledky	>>> 77	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 77		Úspěšnost: 100 %		
B3	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	1,3 %
		>>> 72	Negativní	94 %
		4	Pozitivní	5,2 %
Celkem za vzorek: n = 77		Úspěšnost: 94 %		
Celková úspěšnost: 94 %				
(581) Anti-ENA/SS-B/La				
A3	Všechny výsledky	>>> 77	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 77		Úspěšnost: 100 %		
B3	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	1,3 %
		>>> 75	Negativní	97 %
		1	Pozitivní	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 77		Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 97 %				
(582) Anti-ENA/ScI-70				
A3	Všechny výsledky	>>> 77	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 77		Úspěšnost: 100 %		
B3	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	1,3 %
		>>> 76	Negativní	99 %
Celkem za vzorek: n = 77		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				
(583) Anti-ENA/RNP				
A3	Všechny výsledky	>>> 77	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 77		Úspěšnost: 100 %		
B3	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	1,3 %
		>>> 76	Negativní	99 %
Celkem za vzorek: n = 77		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				
(584) Anti-ENA/Jo-1				
A3	Všechny výsledky	>>> 77	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 77		Úspěšnost: 100 %		
B3	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	1,3 %
		>>> 76	Negativní	99 %
Celkem za vzorek: n = 77		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				
(585) Protilátky proti centromerám				
A3	Všechny výsledky	>>> 71	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 71		Úspěšnost: 100 %		
B3	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	1,4 %
		>>> 70	Negativní	99 %
Celkem za vzorek: n = 71		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				
Sada 4				
(588) Anti-ds-DNA imunofluores. - průkaz				
A4	Všechny výsledky	>>> 57	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 57		Úspěšnost: 100 %		
B4	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	1,8 %
		>>> 56	Negativní	98 %
Celkem za vzorek: n = 57		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
(577) Anti-ds-DNA imunofluor. - semikvan.				
A4	Všechny výsledky	± 2	titr 10	3,8 %
		± 1	titr 40	1,9 %
		± 15	titr 80	28 %
		± 16	titr 160	30 %
		± 10	titr 320	19 %
		± 8	titr 640	15 %
		± 1	titr 1280	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B4	Všechny výsledky	± 1	Neuvedeno	1,9 %
		± 38	titr 0 (neměřitelný)	72 %
		± 14	titr 10	26 %
Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

Cyklus EHK: AIM2/21 - Autoimunita

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
(589) Anti-ds-DNA jiné metody				
A4	Všechny výsledky	>>> 56	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 100 %		
B4	Všechny výsledky	>>> 56	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

Sada 5

(591) Anti-nukleosomy IgG				
A5	Všechny výsledky	1	Negativní	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 55		>>> 54	Pozitivní	98 %
		Úspěšnost: 98 %		
B5	Všechny výsledky	>>> 55	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 55		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 12.10.2021