

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: AP2/21 - Antitrombotické přípravky

Stop termín: 17.09.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CV = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>Sada 1</b>														
<b>(108) Apixaban</b>						30						30	26	87%
Vzorky a skupiny		[µg/L]												
<b>Vzorek A1</b>		266	26	9,6	30	CVP	266	11	25%	199	333	30	29	97%
(38) IL		287	5,0	1,8	9	0						9		
(94) Stago		271	17	6,3	6	0						6		
(193) HYPHEN BioMed		246	25	10	10	0						10		
Ostatní					5	0						5		
							3x 149, 2x 179							
<b>Vzorek B1</b>		65,5	6,4	9,8	30	CVP	65,5	2,9	25%	49,1	81,9	30	26	87%
(38) IL		69,7	0,96	1,4	9	0						9		
(94) Stago		67,5	5,2	7,7	6	0						6		
(193) HYPHEN BioMed		61,2	9,8	16	10	0						10		
Ostatní					5	0						5		
							3x 149, 2x 179							
<b>Sada 2</b>														
<b>(109) Dabigatran</b>						33						33	30	91%
Vzorky a skupiny		[µg/L]												
<b>Vzorek A2</b>		206	24	12	33	CVP	206	10	25%	154	258	33	32	97%
(38) IL		199	25	13	11	0						11		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		194	13	6,5	6	0						6		
(193) HYPHEN BioMed		223	18	8,1	12	0						12		
Ostatní					4	0						4		
							1x 94, 3x 179							
<b>Vzorek B2</b>		50,3	5,1	10	33	CVP	50,3	2,2	25%	37,7	62,9	33	30	91%
(38) IL		50,3	3,2	6,3	11	0						11		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		49,5	3,7	7,5	6	0						6		
(193) HYPHEN BioMed		54,3	8,7	16	12	0						12		
Ostatní					4	0						4		
							1x 94, 3x 179							
<b>Sada 3</b>														
<b>(110) Rivaroxaban</b>						37						37	34	92%
Vzorky a skupiny		[µg/L]												
<b>Vzorek A3</b>		313	27	8,7	37	CVP	313	11	25%	234	392	37	36	97%
(38) IL		281	11	4,0	11	0						11		
(94) Stago		317	14	4,5	6	0						6		
(193) HYPHEN BioMed		332	9,9	3,0	14	1						14		
Ostatní					6	0						6		
							2x 149, 1x 162, 3x 179							
<b>Vzorek B3</b>		73,1	5,3	7,3	37	CVP	73,1	2,2	25%	54,8	91,4	37	34	92%
(38) IL		72,7	3,8	5,2	11	0						11		
(94) Stago		70,5	2,2	3,2	6	0						6		
(193) HYPHEN BioMed		74,5	4,8	6,5	14	1						14		
Ostatní					6	0						6		
							2x 149, 1x 162, 3x 179							

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 30.09.2021