

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(461) anti-kardiolipin screening					
A		Všechny výsledky	>>> 16	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 16	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky	>>> 16	Pozitivní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 16	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
(463) anti-kardiolipin IgG					
A		Všechny výsledky	>>> 60	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 60	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky	>>> 1	Negativní	1,7 %
			>>> 59	Pozitivní	98 %
		Celkem za vzorek: n = 60	Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %					
(464) anti-kardiolipin IgM					
A		Všechny výsledky	>>> 59	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 59	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky	>>> 59	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 59	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
(465) anti-beta2-GP 1 screening					
A		Všechny výsledky	>>> 14	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 14	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky	1	Negativní	7,1 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	7,1 %
			>>> 12	Pozitivní	86 %
		Celkem za vzorek: n = 14	Úspěšnost: 86 %		
Celková úspěšnost: 86 %					
(467) anti-beta2-GP 1 IgG					
A		Všechny výsledky	>>> 55	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 55	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky	7	Negativní	13 %
			>>> 48	Pozitivní	87 %
		Celkem za vzorek: n = 55	Úspěšnost: 87 %		
Celková úspěšnost: 87 %					
(468) anti-beta2-GP 1 IgM					
A		Všechny výsledky	>>> 54	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 54	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky	>>> 54	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 54	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					