

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(461) anti-kardiolipin screening				
A	Všechny výsledky	>>> 6	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 6	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 6	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 6	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(463) anti-kardiolipin IgG				
A	Všechny výsledky	>>> 11	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 11	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 11	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 11	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(464) anti-kardiolipin IgM				
A	Všechny výsledky	>>> 11	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 11	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 11	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 11	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(465) anti-beta2-GP 1 screening				
A	Všechny výsledky	>>> 6	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 6	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 5	Negativní Pozitivní	17 % 83 %
	Celkem za vzorek: n = 6	Úspěšnost: 83 %		
Celková úspěšnost: 83 %				
(467) anti-beta2-GP 1 IgG				
A	Všechny výsledky	>>> 12	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 8	Negativní Pozitivní	33 % 67 %
	Celkem za vzorek: n = 12	Úspěšnost: 67 %		
Celková úspěšnost: 67 %				
(468) anti-beta2-GP 1 IgM				
A	Všechny výsledky	>>> 12	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 12	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				