

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 1**(575) Anti-tyreoglobulin**

A1	Všechny výsledky	>>> 181	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 181		Úspěšnost: 100 %		
B1	(1) Abbott	± 9	Negativní	5,0 %
		± 13	Neprůkazný výsledek (hraniční)	7,2 %
		± 35	Pozitivní	19 %
	Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	>>> 94	Negativní	52 %
		1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	0,55 %
		3	Pozitivní	1,7 %
	(162) Siemens (Atellica)	± 3	Negativní	1,7 %
		± 9	Pozitivní	5,0 %
	(179) Siemens	± 1	Negativní	0,55 %
		± 4	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,2 %
		± 9	Pozitivní	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 181		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 96 %		
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 96 %				

(576) Anti-mikrosomy (TPO)

A1	Všechny výsledky	1	Negativní	0,54 %
		>>> 185	Pozitivní	99 %
Celkem za vzorek: n = 186		Úspěšnost: 99 %		
B1	Všechny výsledky	>>> 186	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 186		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

Sada 2**(590) Anti-TSH receptor**

A2	Všechny výsledky	>>> 95	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 95		Úspěšnost: 100 %		
B2	Všechny výsledky	>>> 95	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 95		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				