

Cyklus EHK: AT2/21 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 01.11.2021

| | | |
|----------|--|-----------------------------------|
| Legenda: | >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek | N ... počet výsledků |
| | > ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek | Nrel ... relativní počet výsledků |
| | ± ... označuje nehodnocený výsledek | |

Zkouška

| Vzorek | Skupina | N | Výsledek | N _{rel} |
|--------|---------|---|----------|------------------|
|--------|---------|---|----------|------------------|

Sada 1

(575) Anti-tyreoglobulin

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|----|--------------------------------|--------|
| A1 | (1) Abbott | >>> | 57 | Pozitivní | 31 % |
| | (12) Beckman Coulter | >>> | 19 | Pozitivní | 10 % |
| | (15) bioMérieux | >>> | 1 | Pozitivní | 0,55 % |
| | (25) TOSOH | >>> | 3 | Pozitivní | 1,7 % |
| | (29) Siemens (Immulin) | >>> | 13 | Pozitivní | 7,2 % |
| | (36) Immunotech | >>> | 1 | Pozitivní | 0,55 % |
| | (60) Roche | >>> | 58 | Pozitivní | 32 % |
| | (87) Euroimmun | >>> | 1 | Pozitivní | 0,55 % |
| | (135) OrgenTec | >>> | 1 | Pozitivní | 0,55 % |
| | (162) Siemens (Atellica) | >>> | 12 | Pozitivní | 6,6 % |
| | (179) Siemens | >>> | 14 | Pozitivní | 7,7 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> | 1 | Pozitivní | 0,55 % |
| Celkem za vzorek: n = 181 | | Úspěšnost: 100 % | | | |
| B1 | (1) Abbott | ± | 9 | Negativní | 5,0 % |
| | | ± | 13 | Neprůkazný výsledek (hraniční) | 7,2 % |
| | | ± | 35 | Pozitivní | 19 % |
| | (12) Beckman Coulter | >>> | 18 | Negativní | 9,9 % |
| | | | 1 | Neprůkazný výsledek (hraniční) | 0,55 % |
| | (15) bioMérieux | >>> | 1 | Negativní | 0,55 % |
| | (25) TOSOH | >>> | 3 | Negativní | 1,7 % |
| | (29) Siemens (Immulin) | >>> | 13 | Negativní | 7,2 % |
| | (36) Immunotech | >>> | 1 | Negativní | 0,55 % |
| | (60) Roche | >>> | 55 | Negativní | 30 % |
| | | | 3 | Pozitivní | 1,7 % |
| | (87) Euroimmun | >>> | 1 | Negativní | 0,55 % |
| | (135) OrgenTec | >>> | 1 | Negativní | 0,55 % |
| | (162) Siemens (Atellica) | ± | 3 | Negativní | 1,7 % |
| | | ± | 9 | Pozitivní | 5,0 % |
| | (179) Siemens | ± | 1 | Negativní | 0,55 % |
| | | ± | 4 | Neprůkazný výsledek (hraniční) | 2,2 % |
| | | ± | 9 | Pozitivní | 5,0 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> | 1 | Negativní | 0,55 % |
| Celkem za vzorek: n = 181 | | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 96 % | | | |
| Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 96 % | | | | | |

(576) Anti-mikrosomy (TPO)

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|------------------|----|-----------|--------|
| A1 | (1) Abbott | >>> | 58 | Pozitivní | 31 % |
| | (12) Beckman Coulter | >>> | 19 | Pozitivní | 10 % |
| | (15) bioMérieux | >>> | 1 | Pozitivní | 0,54 % |
| | (25) TOSOH | >>> | 4 | Pozitivní | 2,2 % |
| | (29) Siemens (Immulin) | >>> | 14 | Pozitivní | 7,5 % |
| | (60) Roche | >>> | 1 | Negativní | 0,54 % |
| | | >>> | 58 | Pozitivní | 31 % |
| | (87) Euroimmun | >>> | 1 | Pozitivní | 0,54 % |
| | (135) OrgenTec | >>> | 1 | Pozitivní | 0,54 % |
| | (162) Siemens (Atellica) | >>> | 12 | Pozitivní | 6,5 % |
| | (179) Siemens | >>> | 16 | Pozitivní | 8,6 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> | 1 | Pozitivní | 0,54 % |
| Celkem za vzorek: n = 186 | | Úspěšnost: 99 % | | | |
| B1 | (1) Abbott | >>> | 58 | Negativní | 31 % |
| | (12) Beckman Coulter | >>> | 19 | Negativní | 10 % |
| | (15) bioMérieux | >>> | 1 | Negativní | 0,54 % |
| | (25) TOSOH | >>> | 4 | Negativní | 2,2 % |
| | (29) Siemens (Immulin) | >>> | 14 | Negativní | 7,5 % |
| | (60) Roche | >>> | 59 | Negativní | 32 % |
| | (87) Euroimmun | >>> | 1 | Negativní | 0,54 % |
| | (135) OrgenTec | >>> | 1 | Negativní | 0,54 % |
| | (162) Siemens (Atellica) | >>> | 12 | Negativní | 6,5 % |
| | (179) Siemens | >>> | 16 | Negativní | 8,6 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> | 1 | Negativní | 0,54 % |
| Celkem za vzorek: n = 186 | | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 99 % | | | | | |

| Zkouška | | N | Výsledek | N _{rel} |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------|
| Vzorek | Skupina | | | |
| Sada 2 | | | | |
| (590) Anti-TSH receptor | | | | |
| A2 | (1) Abbott | >>> 2 | Negativní | 2,1 % |
| | (24) B.R.A.H.M.S. | >>> 2 | Negativní | 2,1 % |
| | (29) Siemens (Immulite) | >>> 10 | Negativní | 11 % |
| | (36) Immunotech | >>> 1 | Negativní | 1,1 % |
| | (60) Roche | >>> 76 | Negativní | 80 % |
| | (87) Euroimmun | >>> 1 | Negativní | 1,1 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> 3 | Negativní | 3,2 % |
| ----- Celkem za vzorek: n = 95 | | ----- Úspěšnost: 100 % | ----- | |
| B2 | (1) Abbott | >>> 2 | Pozitivní | 2,1 % |
| | (24) B.R.A.H.M.S. | >>> 2 | Pozitivní | 2,1 % |
| | (29) Siemens (Immulite) | >>> 10 | Pozitivní | 11 % |
| | (36) Immunotech | >>> 1 | Pozitivní | 1,1 % |
| | (60) Roche | >>> 76 | Pozitivní | 80 % |
| | (87) Euroimmun | >>> 1 | Pozitivní | 1,1 % |
| | (999) jiný výrobce | >>> 3 | Pozitivní | 3,2 % |
| ----- Celkem za vzorek: n = 95 | | ----- Úspěšnost: 100 % | ----- | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |