

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: AT2/21 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 01.11.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost										
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>

## Sada 2

(590) Anti-TSH receptor	[U/L]	95	95	94	99%
-------------------------	-------	----	----	----	-----

Vzorek A2	0,789	0,024	3,0	95	CVP	0,789	,0060	100%	0	1,58	95	94	99%
(29) Siemens (Immulite)	0,100	0,000	0,00	10	0						10		
(60) Roche	0,800	0,000	0,02	76	1						76		
Ostatní				9	0						9		

Vzorek B2	5,90	0,53	9,1	95	CVP	5,9	0,13	33%	3,95	7,85	95	95	100%
(29) Siemens (Immulite)	6,12	0,36	6,0	10	0						10		
(60) Roche	5,83	0,50	8,5	76	0						76		
Ostatní				9	0						9		

st\_kn\_p Konec sestavy Vytisřeno: 04.11.2021