

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce reagentie)

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: AT2/21 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 01.11.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost										
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}

Sada 2

(590) Anti-TSH receptor	[U/L]													
Vzorky a skupiny					10							10	10	100%
Vzorek A2		0,750	0,09	12	10	CVP	0,789	,0060	100%	0	1,58	10	10	100%
(60) Roche		0,790	0,015	1,9	8	0						8		
Ostatní					2	0						2		
							1x 24, 1x 29							
Vzorek B2		5,97	0,58	9,7	10	CVP	5,9	0,13	33%	3,95	7,85	10	10	100%
(60) Roche		5,74	0,73	13	8	0						8		
Ostatní					2	0						2		
							1x 24, 1x 29							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 04.11.2021