

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CD342/21 - Stanovení populace buněk CD34+

Stop termín: 01.11.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(690) Leukocyty					22							22	21	95%
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		17,4	0,48	2,8	22	CVP	17,4	0,25	15%	14,7	20,1	22	22	100%
(12) Beckman Coulter		17,5	0,48	2,7	5	0						5		
(63) Sysmex		17,4	0,44	2,5	13	0						13		
Ostatní					4	0						4		
							2x 88, 1x 157, 1x 177							
Vzorek B		10,3	0,35	3,4	22	CVP	10,3	0,18	15%	8,75	11,9	22	21	95%
(12) Beckman Coulter		10,3	0,22	2,2	5	0						5		
(63) Sysmex		10,4	0,30	2,8	13	0						13		
Ostatní					4	0						4		
							2x 88, 1x 157, 1x 177							
(691) CD 34+ (relativní počet)					22							22	21	95%
Vzorky a skupiny	[%]													
Vzorek A		0,457	0,034	7,4	22	CVP	0,457	0,018	25%	0,342	0,572	22	21	95%
(12) Beckman Coulter		0,447	0,039	8,8	9	0						9		
(88) Becton Dickinson		0,465	0,026	5,5	13	0						13		
Vzorek B		0,840	0,053	6,3	22	CVP	0,84	0,028	25%	0,63	1,05	22	21	95%
(12) Beckman Coulter		0,818	0,063	7,7	9	0						9		
(88) Becton Dickinson		0,850	0,036	4,2	13	0						13		
(692) CD 34+ (absolutní počet)					22							22	21	95%
Vzorky a skupiny	[počet/μL]													
Vzorek A		80,0	6,9	8,7	22	CVP	80	3,6	25%	60	100	22	22	100%
(12) Beckman Coulter		77,4	12	16	8	0						8		
(88) Becton Dickinson		81,3	8,4	10	10	0						10		
Ostatní					4	0						4		
							2x 0, 1x 27, 1x 63							
Vzorek B		86,3	6,5	7,6	22	CVP	86,3	3,4	25%	64,7	108	22	21	95%
(12) Beckman Coulter		85,3	6,1	7,2	8	0						8		
(88) Becton Dickinson		82,0	12	15	10	0						10		
Ostatní					4	0						4		
							2x 0, 1x 27, 1x 63							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 06.11.2021