

| | | |
|----------|--|-----------------------------------|
| Legenda: | >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek | N ... počet výsledků |
| | > ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek | Nrel ... relativní počet výsledků |
| | ± ... označuje nehodnocený výsledek | |

| Zkouška | Vzorek | Skupina | N | Výsledek | N _{rel} |
|--------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| (261) Glukóza | | | | | |
| A | (1) | Vizuálně | > | 1 11,1 - 28 mmol/L | 1,7 % |
| | | | >>> | 4 > 28 mmol/L | 6,8 % |
| | (2) | Reflektanční hodnocení (reader) | | 1 Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L | 1,7 % |
| | | | | 1 2,81 - 11 mmol/L | 1,7 % |
| | | | > | 20 11,1 - 28 mmol/L | 34 % |
| | | | >>> | 32 > 28 mmol/L | 54 % |
| Celkem za vzorek: n = 59 | | | Úspěšnost: 97 % | | |
| B | (1) | Vizuálně | >>> | 3 Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L | 5,1 % |
| | | | | 2 2,81 - 11 mmol/L | 3,4 % |
| | (2) | Reflektanční hodnocení (reader) | >>> | 47 Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L | 80 % |
| | | | | 6 2,81 - 11 mmol/L | 10 % |
| | | | | 1 11,1 - 28 mmol/L | 1,7 % |
| Celkem za vzorek: n = 59 | | | Úspěšnost: 85 % | | |
| Celková úspěšnost: 83 % | | | | | |
| (263) Ketony | | | | | |
| A | (1) | Vizuálně | >>> | 2 1+, 2+ | 3,4 % |
| | | | > | 3 3+, 4+ | 5,1 % |
| | (2) | Reflektanční hodnocení (reader) | | 4 Negativní, ≤ 0,5 mmol/L | 6,8 % |
| | | | >>> | 34 1+, 2+ | 58 % |
| | | | > | 16 3+, 4+ | 27 % |
| Celkem za vzorek: n = 59 | | | Úspěšnost: 93 % | | |
| B | (1) | Vizuálně | >>> | 5 Negativní, ≤ 0,5 mmol/L | 8,5 % |
| | (2) | Reflektanční hodnocení (reader) | >>> | 53 Negativní, ≤ 0,5 mmol/L | 90 % |
| | | | | 1 1+, 2+ | 1,7 % |
| Celkem za vzorek: n = 59 | | | Úspěšnost: 98 % | | |
| Celková úspěšnost: 93 % | | | | | |
| (264) Celková bílkovina | | | | | |
| A | (1) | Vizuálně | >>> | 1 0,51 - 2,5 g/L | 1,7 % |
| | | | >>> | 4 > 2,5 g/L | 6,8 % |
| | (2) | Reflektanční hodnocení (reader) | | 2 Negativní, < 0,3 g/L | 3,4 % |
| | | | > | 4 0,3 - 0,5 g/L | 6,8 % |
| | | | >>> | 28 0,51 - 2,5 g/L | 47 % |
| | | | >>> | 20 > 2,5 g/L | 34 % |
| Celkem za vzorek: n = 59 | | | Úspěšnost: 97 % | | |
| B | (1) | Vizuálně | >>> | 5 Negativní, < 0,3 g/L | 8,5 % |
| | (2) | Reflektanční hodnocení (reader) | >>> | 53 Negativní, < 0,3 g/L | 90 % |
| | | | | 1 > 2,5 g/L | 1,7 % |
| Celkem za vzorek: n = 59 | | | Úspěšnost: 98 % | | |
| Celková úspěšnost: 97 % | | | | | |
| (266) Urobilinogen | | | | | |
| A | (1) | Vizuálně | >>> | 5 3+, 4+ | 8,5 % |
| | (2) | Reflektanční hodnocení (reader) | | 2 Negativní, < 17 μmol/L | 3,4 % |
| | | | > | 23 1+, 2+ | 39 % |
| | | | >>> | 29 3+, 4+ | 49 % |
| Celkem za vzorek: n = 59 | | | Úspěšnost: 97 % | | |
| B | (1) | Vizuálně | >>> | 5 Negativní, < 17 μmol/L | 8,5 % |
| | (2) | Reflektanční hodnocení (reader) | >>> | 53 Negativní, < 17 μmol/L | 90 % |
| | | | | 1 1+, 2+ | 1,7 % |
| Celkem za vzorek: n = 59 | | | Úspěšnost: 98 % | | |
| Celková úspěšnost: 97 % | | | | | |
| (268) Bilirubin | | | | | |
| A | (1) | Vizuálně | >>> | 4 3+, 4+ | 6,9 % |
| | (2) | Reflektanční hodnocení (reader) | | 1 Negativní | 1,7 % |
| | | | > | 5 1+, 2+ | 8,6 % |
| | | | >>> | 48 3+, 4+ | 83 % |
| Celkem za vzorek: n = 58 | | | Úspěšnost: 98 % | | |
| B | (1) | Vizuálně | >>> | 4 Negativní | 6,9 % |
| | (2) | Reflektanční hodnocení (reader) | >>> | 53 Negativní | 91 % |
| | | | | 1 3+, 4+ | 1,7 % |
| Celkem za vzorek: n = 58 | | | Úspěšnost: 98 % | | |
| Celková úspěšnost: 98 % | | | | | |
| (270) Leukocyty | | | | | |
| A | (1) | Vizuálně | >>> | 1 > 250 leu/μL | 1,9 % |

| Zkouška | | N | Výsledek | N _{rel} | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| Vzorek | Skupina | | | | |
| A | (2) Reflektanční hodnocení (reader) | 8 | Negativní | 15 % | |
| | | > 2 | 10 - 50 leu/μL | 3,8 % | |
| | | >>> 18 | 51 - 250 leu/μL | 34 % | |
| | | >>> 24 | > 250 leu/μL | 45 % | |
| | | Celkem za vzorek: n = 53 | | Úspěšnost: 85 % | |
| B | (1) Vizuálně | >>> 1 | Negativní | 1,9 % | |
| | | (2) Reflektanční hodnocení (reader) | >>> 51 | Negativní | 96 % |
| | | | 1 | 51 - 250 leu/μL | 1,9 % |
| | | | Celkem za vzorek: n = 53 | | Úspěšnost: 98 % |
| Celková úspěšnost: 85 % | | | | | |

| (272) Krev | | N | Výsledek | N _{rel} | |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| A | (1) Vizuálně | >>> 5 | > 50 ery/μL | 8,5 % | |
| | | (2) Reflektanční hodnocení (reader) | 1 | Negativní | 1,7 % |
| | | | > 6 | 13 - 50 ery/μL | 10 % |
| | | | >>> 47 | > 50 ery/μL | 80 % |
| Celkem za vzorek: n = 59 | | Úspěšnost: 98 % | | | |
| B | (1) Vizuálně | >>> 5 | Negativní | 8,5 % | |
| | | (2) Reflektanční hodnocení (reader) | >>> 52 | Negativní | 88 % |
| | | | 1 | 5 - 12 ery/μL | 1,7 % |
| | | | 1 | > 50 ery/μL | 1,7 % |
| | | | Celkem za vzorek: n = 59 | | Úspěšnost: 97 % |
| Celková úspěšnost: 97 % | | | | | |

| (273) pH | | N | Výsledek | N _{rel} | |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| A | (1) Vizuálně | >>> 5 | 7,0 | 8,5 % | |
| | | (2) Reflektanční hodnocení (reader) | 1 | 5,0 | 1,7 % |
| | | | > 13 | 6,5 | 22 % |
| | | | >>> 29 | 7,0 | 49 % |
| | | | > 10 | 7,5 | 17 % |
| | | | > 1 | 8,0 | 1,7 % |
| | | | Celkem za vzorek: n = 59 | | Úspěšnost: 98 % |
| B | (1) Vizuálně | > 3 | 6,0 | 5,1 % | |
| | | >>> 1 | 6,5 | 1,7 % | |
| | | > 1 | 7,0 | 1,7 % | |
| | | (2) Reflektanční hodnocení (reader) | 2 | 5,0 | 3,4 % |
| | | | > 12 | 6,0 | 20 % |
| | | | >>> 36 | 6,5 | 61 % |
| | | | > 4 | 7,0 | 6,8 % |
| Celkem za vzorek: n = 59 | | Úspěšnost: 97 % | | | |
| Celková úspěšnost: 95 % | | | | | |

| (274) Nitrity | | N | Výsledek | N _{rel} | |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|------------------|-------|
| A | (1) Vizuálně | >>> 3 | Pozitivní | 5,4 % | |
| | | (2) Reflektanční hodnocení (reader) | 1 | Negativní | 1,8 % |
| | | | >>> 52 | Pozitivní | 93 % |
| Celkem za vzorek: n = 56 | | Úspěšnost: 98 % | | | |
| B | (1) Vizuálně | >>> 3 | Negativní | 5,4 % | |
| | | (2) Reflektanční hodnocení (reader) | >>> 52 | Negativní | 93 % |
| | | | 1 | Pozitivní | 1,8 % |
| Celkem za vzorek: n = 56 | | Úspěšnost: 98 % | | | |
| Celková úspěšnost: 98 % | | | | | |

| (275) hCG | | N | Výsledek | N _{rel} | |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|------------------|------|
| A | (1) Vizuálně | 1 | Negativní | 17 % | |
| | | >>> 2 | Pozitivní | 33 % | |
| | | (2) Reflektanční hodnocení (reader) | 1 | Negativní | 17 % |
| | | | >>> 2 | Pozitivní | 33 % |
| Celkem za vzorek: n = 6 | | Úspěšnost: 67 % | | | |
| B | (1) Vizuálně | >>> 2 | Negativní | 33 % | |
| | | 1 | Pozitivní | 17 % | |
| | | (2) Reflektanční hodnocení (reader) | >>> 2 | Negativní | 33 % |
| | | | 1 | Pozitivní | 17 % |
| Celkem za vzorek: n = 6 | | Úspěšnost: 67 % | | | |
| Celková úspěšnost: 67 % | | | | | |