

Legenda: >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek  
> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek  
± ... označuje nehodnocený výsledek

N ... počet výsledků  
**Nrel ... relativní počet výsledků**

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(261) Glukóza</b>					
A		Všechny výsledky	>>> 315	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	100 %
		Celkem za vzorek: n = 315	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky	>>> 53	2,81 - 11 mmol/L	17 %
			>>> 107	11,1 - 28 mmol/L	34 %
			>>> 155	> 28 mmol/L	49 %
		Celkem za vzorek: n = 315	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(263) Ketony</b>					
A		Všechny výsledky	>>> 314	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	100 %
			1	1+, 2+	0,32 %
		Celkem za vzorek: n = 315	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky	> 56	1+, 2+	18 %
			>>> 259	3+, 4+	82 %
		Celkem za vzorek: n = 315	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					
<b>(264) Celková bílkovina</b>					
A		Všechny výsledky	>>> 314	Negativní, < 0,3 g/L	100 %
		Celkem za vzorek: n = 314	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky	2	0,3 - 0,5 g/L	0,64 %
			> 51	0,51 - 2,5 g/L	16 %
			>>> 261	> 2,5 g/L	83 %
		Celkem za vzorek: n = 314	Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %					
<b>(266) Urobilinogen</b>					
A		Všechny výsledky	>>> 314	Negativní, < 17 μmol/L	100 %
			1	3+, 4+	0,32 %
		Celkem za vzorek: n = 315	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky	1	Negativní, < 17 μmol/L	0,32 %
			> 74	1+, 2+	23 %
			>>> 240	3+, 4+	76 %
		Celkem za vzorek: n = 315	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %					
<b>(268) Bilirubin</b>					
A		Všechny výsledky	>>> 311	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 311	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	1	Neuvedeno	0,32 %
			1	Negativní	0,32 %
			> 4	1+, 2+	1,3 %
			>>> 283	3+, 4+	91 %
	(223) Iris iChem Velocity		± 8	Negativní	2,6 %
			± 12	1+, 2+	3,9 %
			± 2	3+, 4+	0,64 %
		Celkem za vzorek: n = 311	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 99 %		
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 99 %					
<b>(270) Leukocyty</b>					
A		Všechny výsledky	1	Neuvedeno	0,36 %
			>>> 276	Negativní	99 %
			1	10 - 50 leu/μL	0,36 %
		Celkem za vzorek: n = 278	Úspěšnost: 99 %		
B		Všechny výsledky	1	Negativní	0,36 %
			> 19	10 - 50 leu/μL	6,8 %
			>>> 107	51 - 250 leu/μL	38 %
			>>> 151	> 250 leu/μL	54 %
		Celkem za vzorek: n = 278	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %					
<b>(272) Krev</b>					
A		Všechny výsledky	>>> 315	Negativní	100 %
		Celkem za vzorek: n = 315	Úspěšnost: 100 %		
B		Všechny výsledky	1	Negativní	0,32 %
			1	5 - 12 ery/μL	0,32 %
			> 18	13 - 50 ery/μL	5,7 %
			>>> 295	> 50 ery/μL	94 %
		Celkem za vzorek: n = 315	Úspěšnost: 99 %		

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
--------	---------	---	----------	------------------

Celková úspěšnost: 99 %

**(273) pH**

A	Všechny výsledky	>>> 233	5,0	74 %
		> 68	5,5	22 %
		> 10	6,0	3,2 %
		4	6,5	1,3 %
----- Celkem za vzorek: n = 315		----- Úspěšnost: 99 %	-----	
B	Všechny výsledky	> 16	6,0	5,1 %
		> 55	6,5	17 %
		>>> 199	7,0	63 %
		> 44	7,5	14 %
		> 1	8,0	0,32 %
----- Celkem za vzorek: n = 315		----- Úspěšnost: 100 %	-----	

Celková úspěšnost: 99 %

**(274) Nitrity**

A	Všechny výsledky	>>> 279	Negativní	100 %
		1	Pozitivní	0,36 %
----- Celkem za vzorek: n = 280		----- Úspěšnost: 100 %	-----	
B	Všechny výsledky	>>> 280	Pozitivní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 280		----- Úspěšnost: 100 %	-----	

Celková úspěšnost: 100 %

**(275) hCG**

A	Všechny výsledky	>>> 13	Negativní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 13		----- Úspěšnost: 100 %	-----	
B	Všechny výsledky	1	Negativní	7,7 %
		>>> 12	Pozitivní	92 %
----- Celkem za vzorek: n = 13		----- Úspěšnost: 92 %	-----	

Celková úspěšnost: 92 %