

|          |  |                                   |
|----------|--|-----------------------------------|
| Legenda: | >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek                    | N ... počet výsledků              |
|          | > ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek | Nrel ... relativní počet výsledků |
|          | ± ... označuje nehodnocený výsledek                              |                                   |

| Zkouška   | Vzorek | Skupina                                | N  | Výsledek                          | N <sub>rel</sub> |
|---|--------|--|--|-----------------------------------|------------------|
| <b>(261) Glukóza</b>                            |        |  |  |                                   |                  |
| A   | (1)    | Vizuálně                               | >>> 32                                   | Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L | 10 %             |
|   | (2)    | Reflektanční hodnocení (reader)        | >>> 283                                  | Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L | 90 %             |
| Celkem za vzorek: n = 315                       |        |  | Úspěšnost: 100 %                         |                                   |                  |
| B   | (1)    | Vizuálně                               | >>> 1                                    | 2,81 - 11 mmol/L                  | 0,32 %           |
|   |        |  | >>> 4                                    | 11,1 - 28 mmol/L                  | 1,3 %            |
|   |        |  | >>> 27                                   | > 28 mmol/L                       | 8,6 %            |
|   | (2)    | Reflektanční hodnocení (reader)        | >>> 52                                   | 2,81 - 11 mmol/L                  | 17 %             |
|   |        |  | >>> 103                                  | 11,1 - 28 mmol/L                  | 33 %             |
|   |        |  | >>> 128                                  | > 28 mmol/L                       | 41 %             |
| Celkem za vzorek: n = 315                       |        |  | Úspěšnost: 100 %                         |                                   |                  |
| Celková úspěšnost: 100 %                        |        |  |  |                                   |                  |
| <b>(263) Ketony</b>                             |        |  |  |                                   |                  |
| A   | (1)    | Vizuálně                               | >>> 32                                   | Negativní, ≤ 0,5 mmol/L           | 10 %             |
|   | (2)    | Reflektanční hodnocení (reader)        | >>> 282                                  | Negativní, ≤ 0,5 mmol/L           | 90 %             |
| Celkem za vzorek: n = 315                       |        |  | Úspěšnost: 100 %                         |                                   |                  |
| B   | (1)    | Vizuálně                               | > 6                                      | 1+, 2+                            | 1,9 %            |
|   |        |  | >>> 26                                   | 3+, 4+                            | 8,3 %            |
|   | (2)    | Reflektanční hodnocení (reader)        | > 50                                     | 1+, 2+                            | 16 %             |
|   |        |  | >>> 233                                  | 3+, 4+                            | 74 %             |
| Celkem za vzorek: n = 315                       |        |  | Úspěšnost: 100 %                         |                                   |                  |
| Celková úspěšnost: 100 %                        |        |  |  |                                   |                  |
| <b>(264) Celková bílkovina</b>                  |        |  |  |                                   |                  |
| A   | (1)    | Vizuálně                               | >>> 32                                   | Negativní, < 0,3 g/L              | 10 %             |
|   | (2)    | Reflektanční hodnocení (reader)        | >>> 282                                  | Negativní, < 0,3 g/L              | 90 %             |
| Celkem za vzorek: n = 314                       |        |  | Úspěšnost: 100 %                         |                                   |                  |
| B   | (1)    | Vizuálně                               | > 7                                      | 0,51 - 2,5 g/L                    | 2,2 %            |
|   |        |  | >>> 25                                   | > 2,5 g/L                         | 8,0 %            |
|   | (2)    | Reflektanční hodnocení (reader)        | 2  | 0,3 - 0,5 g/L                     | 0,64 %           |
|   |        |  | > 44                                     | 0,51 - 2,5 g/L                    | 14 %             |
|   |        |  | >>> 236                                  | > 2,5 g/L                         | 75 %             |
| Celkem za vzorek: n = 314                       |        |  | Úspěšnost: 99 %                          |                                   |                  |
| Celková úspěšnost: 99 %                         |        |  |  |                                   |                  |
| <b>(266) Urobilinogen</b>                       |        |  |  |                                   |                  |
| A   | (1)    | Vizuálně                               | >>> 32                                   | Negativní, < 17 μmol/L            | 10 %             |
|   | (2)    | Reflektanční hodnocení (reader)        | >>> 282                                  | Negativní, < 17 μmol/L            | 90 %             |
| Celkem za vzorek: n = 315                       |        |  | Úspěšnost: 100 %                         |                                   |                  |
| B   | (1)    | Vizuálně                               | > 3                                      | 1+, 2+                            | 0,95 %           |
|   |        |  | >>> 29                                   | 3+, 4+                            | 9,2 %            |
|   | (2)    | Reflektanční hodnocení (reader)        | 1  | Negativní, < 17 μmol/L            | 0,32 %           |
|   |        |  | > 71                                     | 1+, 2+                            | 23 %             |
|   |        |  | >>> 211                                  | 3+, 4+                            | 67 %             |
| Celkem za vzorek: n = 315                       |        |  | Úspěšnost: 100 %                         |                                   |                  |
| Celková úspěšnost: 99 %                         |        |  |  |                                   |                  |
| <b>(268) Bilirubin</b>                          |        |  |  |                                   |                  |
| A   | (1)    | Vizuálně                               | >>> 30                                   | Negativní                         | 9,6 %            |
|   | (2)    | Reflektanční hodnocení (reader)        | >>> 281                                  | Negativní                         | 90 %             |
| Celkem za vzorek: n = 311                       |        |  | Úspěšnost: 100 %                         |                                   |                  |
| B   | (1)    | Vizuálně                               | > 1                                      | 1+, 2+                            | 0,32 %           |
|   |        |  | >>> 29                                   | 3+, 4+                            | 9,3 %            |
|   | (2)    | Reflektanční hodnocení (reader)        | 1  | Neuvedeno                         | 0,32 %           |
|   |        |  | 1  | Negativní                         | 0,32 %           |
|   |        |  | > 3                                      | 1+, 2+                            | 0,96 %           |
|   |        |  | >>> 254                                  | 3+, 4+                            | 82 %             |
|   | (2)    | Reflektanční hodnocení (reader); (223) | ± 8                                      | Negativní                         | 2,6 %            |
|   |        | Iris iChem Velocity                    |  |                                   |                  |
|   |        |  | ± 12                                     | 1+, 2+                            | 3,9 %            |
|   |        |  | ± 2                                      | 3+, 4+                            | 0,64 %           |
| Celkem za vzorek: n = 311                       |        |  | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 99 % |                                   |                  |
| Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 99 % |        |  |  |                                   |                  |

| Zkouška                   |                                     | N                | Výsledek        | N <sub>rel</sub> |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Vzorek                    | Skupina                             |                  |                 |                  |
| <b>(270) Leukocyty</b>    |                                     |                  |                 |                  |
| A                         | (1) Vizually                        | >>> 6            | Negativní       | 2,2 %            |
|                           | (2) Reflektanční hodnocení (reader) | 1                | Neuveďeno       | 0,36 %           |
|                           |                                     | >>> 270          | Negativní       | 97 %             |
|                           |                                     | 1                | 10 - 50 leu/μL  | 0,36 %           |
| Celkem za vzorek: n = 278 |                                     | Úspěšnost: 99 %  |                 |                  |
| B                         | (1) Vizually                        | >>> 2            | 51 - 250 leu/μL | 0,72 %           |
|                           |                                     | >>> 4            | > 250 leu/μL    | 1,4 %            |
|                           | (2) Reflektanční hodnocení (reader) | 1                | Negativní       | 0,36 %           |
|                           |                                     | > 19             | 10 - 50 leu/μL  | 6,8 %            |
|                           |                                     | >>> 105          | 51 - 250 leu/μL | 38 %             |
|                           |                                     | >>> 147          | > 250 leu/μL    | 53 %             |
| Celkem za vzorek: n = 278 |                                     | Úspěšnost: 100 % |                 |                  |
| Celková úspěšnost: 99 %   |                                     |                  |                 |                  |
| <b>(272) Krev</b>         |                                     |                  |                 |                  |
| A                         | (1) Vizually                        | >>> 32           | Negativní       | 10 %             |
|                           | (2) Reflektanční hodnocení (reader) | >>> 283          | Negativní       | 90 %             |
| Celkem za vzorek: n = 315 |                                     | Úspěšnost: 100 % |                 |                  |
| B                         | (1) Vizually                        | > 2              | 13 - 50 ery/μL  | 0,63 %           |
|                           |                                     | >>> 30           | > 50 ery/μL     | 9,5 %            |
|                           | (2) Reflektanční hodnocení (reader) | 1                | Negativní       | 0,32 %           |
|                           |                                     | 1                | 5 - 12 ery/μL   | 0,32 %           |
|                           |                                     | > 16             | 13 - 50 ery/μL  | 5,1 %            |
|                           |                                     | >>> 265          | > 50 ery/μL     | 84 %             |
| Celkem za vzorek: n = 315 |                                     | Úspěšnost: 99 %  |                 |                  |
| Celková úspěšnost: 99 %   |                                     |                  |                 |                  |
| <b>(273) pH</b>           |                                     |                  |                 |                  |
| A                         | (1) Vizually                        | >>> 28           | 5,0             | 8,9 %            |
|                           |                                     | > 2              | 5,5             | 0,63 %           |
|                           |                                     | > 2              | 6,0             | 0,63 %           |
|                           | (2) Reflektanční hodnocení (reader) | >>> 205          | 5,0             | 65 %             |
|                           |                                     | > 66             | 5,5             | 21 %             |
|                           |                                     | > 8              | 6,0             | 2,5 %            |
|                           |                                     | 4                | 6,5             | 1,3 %            |
| Celkem za vzorek: n = 315 |                                     | Úspěšnost: 99 %  |                 |                  |
| B                         | (1) Vizually                        | > 1              | 6,0             | 0,32 %           |
|                           |                                     | > 2              | 6,5             | 0,63 %           |
|                           |                                     | >>> 27           | 7,0             | 8,6 %            |
|                           |                                     | > 2              | 7,5             | 0,63 %           |
|                           | (2) Reflektanční hodnocení (reader) | > 15             | 6,0             | 4,8 %            |
|                           |                                     | > 53             | 6,5             | 17 %             |
|                           |                                     | >>> 172          | 7,0             | 55 %             |
|                           |                                     | > 42             | 7,5             | 13 %             |
|                           |                                     | > 1              | 8,0             | 0,32 %           |
| Celkem za vzorek: n = 315 |                                     | Úspěšnost: 100 % |                 |                  |
| Celková úspěšnost: 99 %   |                                     |                  |                 |                  |
| <b>(274) Nitrity</b>      |                                     |                  |                 |                  |
| A                         | (1) Vizually                        | >>> 7            | Negativní       | 2,5 %            |
|                           | (2) Reflektanční hodnocení (reader) | >>> 272          | Negativní       | 97 %             |
|                           |                                     | 1                | Pozitivní       | 0,36 %           |
| Celkem za vzorek: n = 280 |                                     | Úspěšnost: 100 % |                 |                  |
| B                         | (1) Vizually                        | >>> 7            | Pozitivní       | 2,5 %            |
|                           | (2) Reflektanční hodnocení (reader) | >>> 273          | Pozitivní       | 98 %             |
| Celkem za vzorek: n = 280 |                                     | Úspěšnost: 100 % |                 |                  |
| Celková úspěšnost: 100 %  |                                     |                  |                 |                  |
| <b>(275) hCG</b>          |                                     |                  |                 |                  |
| A                         | (1) Vizually                        | >>> 9            | Negativní       | 69 %             |
|                           | (2) Reflektanční hodnocení (reader) | >>> 4            | Negativní       | 31 %             |
| Celkem za vzorek: n = 13  |                                     | Úspěšnost: 100 % |                 |                  |
| B                         | (1) Vizually                        | >>> 9            | Pozitivní       | 69 %             |
|                           | (2) Reflektanční hodnocení (reader) | 1                | Negativní       | 7,7 %            |
|                           |                                     | >>> 3            | Pozitivní       | 23 %             |
| Celkem za vzorek: n = 13  |                                     | Úspěšnost: 92 %  |                 |                  |
| Celková úspěšnost: 92 %   |                                     |                  |                 |                  |